

湖南省政府采购

公开招标文件（电子标）

货物类

采购项目名称：2026年岳麓山实验室畜禽品种创制中心仪器设备（引进人才专项）一批

政府采购编号：CGXM2026430000000771

采购代理编号：HNSZJZ202600393

采购人：岳麓山实验室

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

2026年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

第二节 投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标

五、开标，资格审查和评标

六、中标信息公布

七、询问与质疑

八、合同签订

九、政府采购政策

十、其他规定

第三章 资格审查

1. 资格审查主体

2. 资格审查

3. 资格审查内容和标准

4. 资格审查结果

第四章 评标方法及标准

第一节 评标方法及标准前附表

第二节 评标方法及标准

1. 评标方法

2. 评标程序

3. 投标文件的符合性审查

4. 投标文件的澄清

5. 投标文件的比较与评价

6. 推荐中标候选人

7. 复核

8. 编写评标报告

9. 停止评标

10. 无效投标和废标

11. 重新组建评标委员会进行评标

第三节 投标文件的符合性审查

第四节 投标文件的比较与评价

第五节 评标方法及标准表

第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

第二节 报价要求

第三节 技术、商务及其他要求

第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

第二节 政府采购合同通用条款

第三节 政府采购合同专用条款

第七章 投标文件的组成

第一章 投标邀请

岳麓山实验室 的 2026年岳麓山实验室畜禽品种创制中心仪器设备（引进人才专项）一批 进行公开招标采购,现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目名称、编号

1、采购项目名称：2026年岳麓山实验室畜禽品种创制中心仪器设备（引进人才专项）一批

2、政府采购编号：CGXM2026430000000771

3、采购代理编号：HNSZJZ202600393

4、采购项目预算：819,800.00元

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章采购需求部分描述。

6、评标方法：详见第四章评标方法及标准。

7、合同定价方式：

采购包1：固定总价

8、合同履行期限：详见第五章采购需求。

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：投标保证金要求、履约保证金要求、质量保证金要求详见第二章投标须知前附表。

二、采购人的采购需求（按包）

序号	采购包号	采购包名称	数量（项）	采购项目预算（元）	采购项目最高限价（元）
1	1	全自动化学发光图像分析系统等仪器设备	1	819,800.00	705,000.00

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需要落实的政府采购政策：

采购包1：

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：

采购包1：

无

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体投标具体要求详见第三章资格审查描述。

五、获取招标文件的时间、期限、方式

1.获取公开招标文件的时间：详见公告正文。

2.发布公开招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)和湖南省公共资源交易服务平台(<https://www.hnsggzy.com/>)上发布。

3.招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(<https://www.hnsggzy.com/>)中进入"交易快速通道"->"政府采购"再进入"湖南省公共资源交易-政府采购交易系统"进行"填写信息""下载文件"操作，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载，恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

注意：

(1) 湖南省公共资源交易中心主页的下载中心模块 (<https://zfcg.hnsggzy.com/>) "有投标人的注册以及操作流程说明、制作工具软件等相应操作手册。投标人使用电子投标遇到问题时，请及时向系统技术支持咨询，联系方式：0731-89665226、0731-85120747。

(2) 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易服务平台(<https://www.hnsggzy.com/#/sy/fastTrack?value=zfcgkj>)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的供应商请及时登录网站查询、办理。

六、投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限

1、提交电子投标文件的截止时间：详见公告正文

2、开标时间：详见公告正文

3、开标地点：详见公告正文

七、公告发布及期限：

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在不同媒体发布的同一政府采购公告如有不一致的，以在指定的网站发布的为准。

八、疑问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、其它补充事宜

无

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人信息

(1) 名称：岳麓山实验室

地址：湖南省长沙市芙蓉区红旗路246号

邮编： 410128

联系人： 彭老师

联系电话： 0731-84699350

2、采购代理机构信息

（1）名 称： 中科高盛咨询集团有限公司

地址： 长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼

邮编： 410018

联系人： 黄波、杨一、颜盈春

联系电话： 0731-85780866

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第1.1款	采购项目	2026年岳麓山实验室畜禽品种创制中心仪器设备（引进人才专项）一批
第1.2款	中小企业采购政策落实	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
第2.5款	采购进口产品	详见第五章【采购需求】
第3.1款	投标人资格条件	详见第一章【投标邀请】
第3.2款	接受联合体形式投标	采购包1：不接受
第5.1款	电子招标文件提供期限	详见第一章【投标邀请】
第5.2款	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
二、招标文件		
第7.4款	非实质性偏离的范围和幅度	招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和 ≥ 11 项将导致无效投标。
第9.1款	招标公告指定媒体	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）
三、投标文件		
第13.2款	采购预算、最高限价	详见第一章【投标邀请】
第13.8款	投标报价的其他要求	详见第五章【采购需求】
第14.1款	投标人应提供资格审查资料	详见第三章【资格审查】
第14.1(3)款	特定资格条件应提供的资格审查资料	详见第三章【资格审查】
第16.1款	投标有效期	90日（日历日）
第17.1款	投标保证金	本项目不收取保证金 其他说明： 投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。 未按照招标文件要求提交投标保证金和免交投标保证金承诺书的，将视为无效投标。
第18.1款	分包	采购包1：不允许分包；
四、投标		
第20.2款	投标截止时间（开标时间）	详见第一章【投标邀请】
五、开标、资格审查和评标		

第23.2.3款	解密电子投标文件时限及方式	投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因特殊情况按第二章第二节35条处理）
六、中标信息公布		
第27.2款	中标人确认方式	采购单位应在政府采购招标投标管理办法规定的时限内确定中标人。
第27.2款	中标候选人和中标人数量	中标候选人数量： 采购包1：3名 中标人数量： 采购包1：1名
第27.2款	中标候选人并列的确定中标人的方式	综合评分法：中标候选人并列的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分（或差值）相同的，按投标报价（非评审价格）由低到高顺序排列。得分（或差值）且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列。所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。 最低评标价法：中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，按招标文件中规定的方式确定中标候选人排名顺序。
第28.3款	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	答复主体：代理机构 联系人：黄波、杨一、颜盈春 联系电话：0731-85780866 地址：湖南省长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼 邮编：410018
七、合同签订		
第30.1款	履约担保	采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的7% 说明：投标人需在设备验收合格后且合同款支付前提交履约担保，担保形式为保证金（现金、支票或银行汇票）或银行保函（见索即付的无条件保函）。
九、其他规定		
第34.1款	招标代理服务费	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：本项目由采购人支付招标代理服务费 6000元。

第35.1款	其他规定	1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。依法自行选定评审专家的，采购人或者采购代理机构应当查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录人员。①、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。②、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。③、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。④、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。2、投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。3、网络传输递交：投标人应在开标时间（递交投标文件截止时间）前将电子投标文件网络传输递交至湖南省公共资源交易平台并完成在线签到，逾期通过网络传输递交至湖南省公共资源交易平台的投标文件，系统将自动拒收,视为放弃投标。4、本项目综合评分法规定：按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。5、招标文件中如有与本表第35.1款不一致的内容，以本表第35.1款要求为准。6、中标人在领取中标通知书前，需提供2份纸制投标文件（装订成册）至采购代理机构。纸制投标文件内容须与电子投标文件一致，如出现不一致时以电子投标文件为准。
---------------	-------------	---

第二节 投标须知

一、总则

1.适用范围

- 1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
- 1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.定义

- 2.1采购人系依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人名称、联系人姓名和电话见【投标须

知前附表】。

2.2采购代理机构系接受委托、代理采购项目、依法成立中介代理机构。本项目采购代理机构的名称、地址、联系方法见【投标须知前附表】。

2.3投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

2.5电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。

（2）参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7. 偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。

三、投标文件

10. 投标语言

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

10.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

10.3如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

11. 计量单位和投标货币

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.2本项目均以人民币报价。

12. 投标文件的组成详见第七章

13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件

的投标，其投标无效。

13.5投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”等相关内容。

13.6投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

13.7投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明文件复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人电子章，并按招标文件规定签章。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3.1投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：

17.3.2投标保证金退还情况查询，请登录“湖南省公共资源交易中心”门户网站，网址：<https://ggzy.hunan.gov.cn/>，点击首页左侧“投标保证金退还情况查询”图标进入查询界面。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（一）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

（三）在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 电子投标文件的制作和签署

19.1电子投标文件编制、制作需要在湖南省公共资源交易政府采购电子化平台（<https://zfcg.hnsggzy.com/gpfa-main-web/basic/noticeDetail?noticeGuid=7262695216006758400>）上下载“投标文件制作工具软件下载”软件。

19.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制投标文件，否则，由于投标人的编制、格式、上传位置等失误所导致的后果和责任由投标人自行承担。

19.3投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的大小和清晰度、格式等应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，所导致后果均由投标人自行承担。

19.5投标人应按招标文件规定使用湖南省公共资源交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。

19.6电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，所导致后果由投标人自行承担。

四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交

20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受，采购代理机构不予受理。

20.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。

20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或系统技术支持联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，所导致后果由投标人自行承担。

21.电子投标文件的修改和撤回

21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。

22. 串通投标行为

22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互签章；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

23. 开标

23.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；

23.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；

23.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

23.2.2开标时间，由采购代理机构在线上公布上传文件的投标人信息；

23.2.3投标人根据发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。投标文件在规定解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

23.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

23.2.5开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和公布信息有疑义，以及认为代理机构或相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当线下提出询问或者申请回避。

23.2.6采购人或采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有规定及时处理。

23.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

- (1) 投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
- (2) 投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；
- (3) 解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
- (4) 解密时间超过规定时限的；
- (5) 其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

23.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定进行资格审查。

24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；经资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

25. 评标委员会

25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

26. 评标

26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

27.中标通知书与中标信息公布

27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人。

27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标公告期限为1个工作日。

27.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

七、询问与质疑

28.投标人询问与质疑

28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

28.2投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.3投标人提出质疑的，应按照省级财政部门现行规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

28.4采购人、采购代理机构按照省级财政部门现行规定进行质疑答复。

28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照省级财政部门现行规定向采购人同级财政部门提出投诉。

八、合同签订

29. 签订合同

29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30. 履约担保

30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。

31. 政府采购合同履行中数量的变更

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、政府采购政策

32.政府采购政策

32.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

32.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注“<符号产品>”，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

32.3价格评审优惠：

32.3.1.1在采购货物中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。

32.3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

32.3.1.3招标文件允许联合体投标或分包的①以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；②对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业的合同占到合同总金额30%以上。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。

32.3.1.4价格扣除比例或者价格加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

32.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

32.5投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按财政部、工信部联合印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后），允许分包或联合体投标的还需提供分包协议或联合体协议。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

十、其他规定

33.招标不足三家处理

33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

33.2属前款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

34.代理服务费

34.1代理服务费应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费

35.电子招投标的应急措施

35.1电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- （5）网络故障，无法访问或无法使用系统；
- （6）电力中断等其他特殊情况。

35.2出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持有异议。

- （1）酌情延长投标文件解密时间，以保障招投标活动的继续实施；
- （2）项目作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；
- （3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。

36.报价/分值精确度

36.1所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。

37.招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1. 资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构。

2. 资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
- (2) 联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
- (3) 投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；
- (4) 未按要求提交投标保证金或未按要求提供免交投标保证金承诺书的；
- (5) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.3信用记录。

2.3.1 采购人或采购代理机构在开标结束后资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别。

2.3.2 查询网站为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用中国(湖南) (<https://credit.fgw.hunan.gov.cn>) 和中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

2.3.3 不良信用记录是指:投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单,或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

2.3.4 联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.3.5 信用信息查询记录和证据留存具体方式:投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果与其他采购文件一并保存。

3. 资格审查内容和标准

3.1一般资格审查要求：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	1、提供具有独立承担民事责任的能力证明和投标人法人营业执照复印件或合伙人企业营业执照或事业单位法人证书复印件或自然人身份证明复印件；2、法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件。	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、具有独立承担民事责任的能力证明文件

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。	投标人无不良信用记录
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
7	具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件符合招标文件要求的	具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件符合招标文件要求的	投标人承诺函、法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件、供应商应提交的相关证明材料、无重大违法记录声明函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、免交投标保证金承诺书、具有独立承担民事责任的能力证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

8	投标文件的资格证明文件按照招标文件要求进行电子签名、盖章的	投标文件的资格证明文件按照招标文件要求进行电子签名、盖章的	投标人承诺函、无重大违法记录声明函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、免交投标保证金承诺书、具有独立承担民事责任的能力证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
9	按要求提供免交投标保证金承诺书的	按要求提供免交投标保证金承诺书的	免交投标保证金承诺书
10	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的	报价明细表、报价表
11	未存在法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的	未存在法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

3.3特定资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4. 资格审查结果

4.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

4.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

第四章 评标方法及标准

第一节 评标方法及标准前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
第1款	评标方法	采购包1：综合评分法
第3.4款	单一产品采购项目的核心产品（含服务中配套货物）	核心产品为： 采购包1：全自动化学发光图像分析系统 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）
第4.2款	投标文件报价出现前后不一致的修正	根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十九条 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
第5.2项	相同品牌产品评审得分相同的规定	综合评分法规定： 如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 最低评标价法规定： 如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

	扶持中小企业		本项目中小企业划分标准所属行业：详见第五章采购需求采购清单一览表中表述。 下列为《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）的划分标准： （一）农、林、牧、渔业 （二）工业 （三）建筑业 （四）批发业 （五）零售业 （六）交通运输业 （七）仓储业 （八）邮政业 （九）住宿业 （十）餐饮业 （十一）信息传输业 （十二）软件和信息技术服务业 （十三）房地产开发经营 （十四）物业管理 （十五）租赁和商务服务业 （十六）其他未列明行业
第5.4（1）项	价格评审优惠	中小企业优惠政策	①小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。 （注：投标文件必须按招标文件要求特别标注说明所投相应产品所在品目、品牌、型号，中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑）
		监狱企业、残疾人福利性单位	投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
第5.4（2）项	优先采购		①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。投标人须如实填写并提供“节能产品”清单提供清单中该产品所在页复印件或相应证书； ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；

第5.4（3）项	多处获得政府采购政策优惠的计算方法	1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对两者均填报的，评标委员会评审时，两者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。 3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。
第6.1款	中标候选人并列的确定中标人的方式	综合评分法规定：按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。 最低评标价法规定：按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。
第10款	无效投标的规定	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理： （1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。
	废标的规定	有下列情形之一的，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。

第二节 评标方法及标准

1. 评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标评审报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

1.4未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

1.5本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3. 投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4. 投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5. 投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.4政府采购政策：

- (1) 价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣或者加分。
- (2) 优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
- (3) 计算方法： 多处获得政府采购政策优惠的计算方法按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定计算。

6. 推荐中标候选人

6.1若采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2若采用最低评标价法，评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人。

7. 复核

7.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

7.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

8. 编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本节7.2情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9. 停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 无效投标和废标

10.1按【评标方法及标准前附表】

11. 重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- (1) 评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
- (2) 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(1) 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

(2) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不

足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

符合性审查表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	符合第三节投标文件的符合性审查第1.1款规定符合性审查标准的；	评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。	商务应答表、技术参数响应表
2	投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章的；	投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章的；	投标函、商务应答表、封面、技术参数响应表
3	投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离未超出招标文件规定的偏离范围和幅度；	投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离未超出招标文件规定的偏离范围和幅度；	商务应答表、技术参数响应表
4	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；	其他材料、商务应答表、技术参数响应表
5	投标有效期满足的	投标有效期满足的	投标函
6	未存在法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的；	未存在法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的；	投标人承诺函

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

- （1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
- （3）投标有效期不足的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

第四节 投标文件的比较与评价

1.评标方法

1.1采用综合评分法评标时，评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节第五节“评标方法及标准表”。

1.2采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3.投标报价评价

3.1采用综合评分法的，投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价（修正或调整）／投标报价（修正或调整））× 报价权重分

3.2采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

4.落实政府采购政策价格扣除

4.1需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按本章第五节评标方法及标准表的相关规定进行价格调整。

5.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分【综合评分法适用】

5.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第6.3（2）项以及本节第五节“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

6.评标总得分【综合评分法适用】

6.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分=A投标报价得分+A技术项得分+A商务项得分+A优先采购加分

6.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

第五节 评标方法及标准表

采购包1：

评审内容	评审标准
分值构成	技术部分100.00分（权重50.00%） 商务部分100.00分（权重20.00%） 报价得分100.00分（权重30.00%）

	项目实施方案	一、评审内容：根据投标人提供的项目实施（安装调试）方案进行计分，完全满足以下要求的计30分： ①项目实施安排； ②供货保障措施（含周期表）； ③安装实施技术力量； ④安装过程的质量管理措施； ⑤安装过程的安全保障措施； ⑥安装过程的环境保护措施。 二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣2.5分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣5分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。 三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标文件要求不一致，相关实施方案内容的计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。	30.0000	主观	项目实施方案
	同类项目业绩	投标截止时间前36个月内，投标人做过类似项目（分析类设备）每个计6分，加满30分为止（上传中标/成交通知书及合同扫描件，时间以合同签订时间为准）。	30.0000	客观	同类项目业绩

商务评审	商务要求响应情况	满足招标文件商务要求（第五章采购需求第三节技术、商务及其他要求五、其他要求，标注“★”号的条款负偏离视为无效投标）的计20分，每负偏离一项扣10分；如应答时缺项，则视同负偏离处理。	20.0000	客观	商务应答表
	质保期	在响应基本质保期年限的基础上，每增加满一年的，计2分，最多计6分。（须写明具体的质保期限及方式）	6.0000	客观	质保期承诺
	售后服务方案	一、评审内容：根据投标人提供的售后服务方案进行计分，方案完整合理、且满足项目服务需求、针对性强的计24分：①服务内容；②服务响应时间；③服务承诺及保障措施；④备件供应及质量保证； 二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣3分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣6分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标文件要求不一致，相关实施方案内容的计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。	24.0000	主观	售后服务方案

技术培训方案	一、评审内容：根据投标人提供的技术培训方案进行计分，方案完整合理、且满足项目服务需求、针对性强的计20分：根据本项目采购需求，提供项目技术培训方案，技术培训方案内容须包含：①技术培训周期计划安排；②培训人员的情况介绍；③技术培训涉及的内容；④技术培训后预期达到的培训效果等内容。二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣2.5分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣5分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标文件要求不一致，相关实施方案内容的计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。	20.0000	主观	技术培训方案
--------	--	---------	----	--------

价格分	合计	报价得分=(评审基准价/评审报价) $\times 100 \times$ 价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价 $\times$ 扣除比例=投标报价 $\times$ 扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价 $\times (1-$ 扣除比例)。	100.000 0	客观	报价表 报价明细表
-----	----	--	--------------	----	--------------

附加分

序号	加分类型	评审内容	分值	客 观/ 主 观	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	技术加分	节能产品或环境标志产品加分（此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分）	2.0000	客 观	本项目加分比例取值4%，评审时按此设置的加分比例计算供应商应加分数，技术加分的应加分数=供应商响应编标设置的节能环保产品的投标（响应）报价/供应商投标（响应）总报价*评标分值。其中，评标分值的计算按前序设置的计算方法进行计算： （1）按分值：评审分值=技术评审（明标）条款的总分*加分比例。 （2）按权重：评审分值=100分*技术评审（明标）条款设置的总权重*加分比例。	报价明细表、本项目所投节能或环境标志产品清单、报价表

2	价格加分	节能产品或环境标志产品加分（此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑）	1.2000	客观	本项目加分比例取值4%，评审时按此设置的加分比例计算供应商应加分数，价格加分的应加分数=供应商响应编标设置的节能环保产品的投标（响应）报价/供应商投标（响应）总报价*评标分值。其中，评标分值的计算按前序设置的计算方法进行计算： （1）按分值：评审分值=价格分条款的总分*加分比例。（2）按权重：评审分值=100分*价格分条款设置的总权重*加分比例。	报价明细表、本项目所投节能或环境标志产品清单、报价表
---	------	--	--------	----	--	----------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例(C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 报价表 报价明细表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	报价表 符合本国产品标准的产品证明 报价明细表
---	----------	---	--------	--	--

异常低价审查

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值55%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×55%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价60%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×60%。（3）合计响应报价低于最高限价50%的，即合计响应报价<最高限价×50%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	其他材料、报价明细表、报价表
---	--------	---	----------------

是否涉及本国产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	本国产品建议成本占比（%）
1	其他分析仪器	三槽PCR仪	三槽PCR仪	80%

2	试验箱及气候环境试验设备	90℃湿热消毒二气培养箱	90℃湿热消毒二气培养箱	80%
3	离心机	高速常温离心机	高速常温离心机	80%
4	其他试验仪器及装置	桌面式4度冰箱	桌面式4度冰箱	80%
5	其他试验仪器及装置	混匀仪	混匀仪	80%
6	电化学分析仪器	水平转移电泳槽	水平转移电泳槽	80%
7	电化学分析仪器	细菌电转仪	细菌电转仪	80%
8	光学式分析仪器	超微量分光光度计	超微量分光光度计	80%
9	其他分析仪器	基因扩增仪	基因扩增仪	80%
10	试验箱及气候环境试验设备	180℃高温消毒三气培养箱	180℃高温消毒三气培养箱	80%
11	电化学分析仪器	垂直蛋白电泳槽	垂直蛋白电泳槽	80%
12	光学式分析仪器	DNA凝胶成像仪	DNA凝胶成像仪	80%
13	光学式分析仪器	全自动化学发光图像分析系统	全自动化学发光图像分析系统	80%
14	离心机	常温迷你离心机	常温迷你离心机	80%
15	离心机	高速冷冻离心机	高速冷冻离心机	80%
16	显微镜	体视显微镜	体视显微镜	80%
17	电化学分析仪器	半干转移电泳槽	半干转移电泳槽	80%
18	其他试验仪器及装置	桌面式-20度低温冰箱	桌面式-20度低温冰箱	80%
19	其他试验仪器及装置	可加热型混匀仪	可加热型混匀仪	80%

是否涉及样品演示：

采购包1：本采购包不涉及样品评审。

第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

- 1、采购项目名称： 2026年岳麓山实验室畜禽品种创制中心仪器设备（引进人才专项）一批
- 2、政府采购编号： CGXM2026430000000771
- 3、采购代理编号： HNSZJZ202600393
- 4、采购项目预算： 819,800.00元
- 5、采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）： 819,800.00

采购包最高限价（元）： 705,000.00

序号	标的名称	单价	数量（ 计量单位）	标的金 额（ 元）	所 属 行 业	是否 核心 产品	是否允 许进口 产品	是否涉及优先 采购环境标志 产品	是否属于本国 产品标准适用 范围	是否涉及 强制节能 产品
1	三槽PCR仪	45,000.000	1.00（台）	45,000.00	工业	否	否	否	是	否
2	90℃湿热消毒二气培养箱	40,000.000	1.00（台）	40,000.00	工业	否	否	否	是	否
3	高速常温离心机	35,000.000	4.00（台）	140,000.00	工业	否	否	否	是	否
4	桌面式4度冰箱	7,000.00	1.00（台）	7,000.00	工业	否	否	否	是	否
5	混匀仪	6,000.00	3.00（台）	18,000.00	工业	否	否	否	是	否
6	水平转移电泳槽	2,000.00	1.00（台套）	2,000.00	工业	否	否	否	是	否
7	细菌电转仪	60,000.000	1.00（台）	60,000.00	工业	否	否	否	是	否
8	超微量分光光度计	65,000.000	1.00（台）	65,000.00	工业	否	否	否	是	否

9	基因扩增仪	40,000.00	1.00 (台)	40,000.00	工业	否	否	否	是	否
10	180℃高温消毒三气培养箱	55,000.00	1.00 (台)	55,000.00	工业	否	否	否	是	否
11	垂直蛋白电泳槽	3,400.00	2.00 (台套)	6,800.00	工业	否	否	否	是	否
12	DNA凝胶成像仪	40,000.00	1.00 (台)	40,000.00	工业	否	否	否	是	否
13	全自动化学发光图像分析系统	100,000.00	1.00 (台套)	100,000.00	工业	是	否	否	是	否
14	常温迷你离心机	10,000.00	1.00 (台)	10,000.00	工业	否	否	否	是	否
15	高速冷冻离心机	61,000.00	2.00 (台)	122,000.00	工业	否	否	否	是	否
16	体视显微镜	8,000.00	1.00 (台)	8,000.00	工业	否	否	否	是	否
17	半干转移电泳槽	13,000.00	1.00 (台套)	13,000.00	工业	否	否	否	是	否
18	桌面式-20度低温冰箱	8,000.00	1.00 (台)	8,000.00	工业	否	否	否	是	否
19	可加热型混匀仪	10,000.00	4.00 (台)	40,000.00	工业	否	否	否	是	否

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人（含服务中有货物的）应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

6、强制节能产品：上表“是否为强制节能产品”栏中标注“是”的为强制节能产品，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

7、最高限价：投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报

价不得超过最高限价。

第二节 报价要求

采购包1：

价款形式	报价模式
总价 评审认定价和合同总价。	报价表+报价明细表（附件上传） 按照每项报价内容分别报价并以附件形式提供分项报价的明细，按照分项或者汇总报价进行评审。

报价说明：无

注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

第三节 技术、商务及其他要求

一、项目名称： 2026年岳麓山实验室畜禽品种创制中心仪器设备（引进人才专项）一批

二、项目内容（范围）：

岳麓山实验室人才项目经费配套设备一批，具体内容详见招标文件第五章采购需求。

注：投标人应按招标文件第五章 采购需求《第一节 采购清单一览表》各标的物逐一提供投标产品彩页，如未提供按一条负偏离处理。

三、技术要求

采购包1：

标的名称：三槽PCR仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	三槽PCR仪	1.≥6个温度循环器半导体模块。 2.模块类型：3×0.2 mL×32孔梯度模块。 3.适用管型：0.2 mL单管，0.2mL八联排管。 4.温度范围：0~105℃。 5.最大升降温速度：≥9.5℃/秒。 6.温度均匀性：±0.2℃。 7.温度准确度：±0.1℃。 8.梯度类型/宽度：常规梯度/线性梯度。0.1~30℃。 9.控温方式：模拟管+模块。 ★10.变温速度可调：0.01~9.5℃/s。 11.液晶显示：≥10英寸液晶屏+电容式触摸屏。 12.可存储程序数：机内≥20万个+（U盘无限扩展）。 13.最大循环数：≥200个（嵌套循环下可达10万个）。 14.具备断电保护功能。 15.宽电压范围：100-240VAC,50/60Hz。 16.热盖温度：30℃~115℃可调。 17.热盖结构：自适应热盖。 18.风道结构：前进后出式风道，机器可以并排放置。 19.运行指示灯：固定常亮模式。 20.正版操作系统，触摸屏及鼠标均可独立控制。 21.实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程。 22.实时记录热盖和模块的温度，单页记录时长≥60分钟，并可滑动查看。 23.具备一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要。 24.内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件。 25.支持实验程序结束发送邮件提醒功能。 26.内置WIFI模块，用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制≥250台PCR仪。 27.GLP报告：记录程序每一步的运行信息，并可导出CSV、PDF格式报告。 28.锁屏功能：防止误操作结束正在实验的程序。 29.支持U盘升级软件。
--	---	--------	---

标的名称：90℃湿热消毒二气培养箱

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	90℃湿热消毒二气培养箱	1.容积≥170L。 2.加热方式：直热气套式。 3.具备一键高温灭菌功能。灭菌方式：90℃高温湿热灭菌。 4.显示：可同时显示包含但不限于温度设置值、CO₂浓度设置值、温度实际值、CO₂浓度实际值，同时可切换多语言（至少含中文）。 5.腔室内循环风机强制空气对流，≥6面加热模式，≥6个加热单元，温度均一性<±0.3℃。 6.温度控制范围（℃）：环境温度+3~55℃；温度控制精度（℃）：±0.1℃。 7.CO₂控制范围：0~20%，CO₂控制精度：±0.1%。 8.温度/浓度值恢复：开门1 min后，37℃温度和5%浓度CO₂恢复时间（min）：≤6 min。 9.二氧化碳传感器：NDIR单束双波型，一个波长测量，一个波长作为参考。 10.进入培养箱内的气体需经过0.2μm在线过滤器，在线滤器数量：1个。 11.箱内循环滤器：配备内置空气滤器，滤器可高温灭菌，要求对0.12微米颗粒截留效率>99.999%。 12.报警功能：具有温度超限、CO₂浓度超限、开门超时及CO₂钢瓶耗竭报警提示功能。 13.安全保护：灭菌操作步骤提醒和安全提示。 14.一体式不锈钢内胆，搁板数量：≥4块，支持增加隔板数。 15.增湿装置：水盘式加湿方式，水盘可取出。 16.内、外门需根据实验室需要实现左侧开或右侧开。 17.外部防污染：箱体外部抑菌漆面或工艺。 18.数据记录与追溯：智能化数据记录功能，培养箱温度、CO₂浓度关键数据可以在LCD显示屏上直接调取查看，并可以长期储存。 19.配备RS485数据输出端口，可升级软件进行远程电脑监控，数据记录，编程设置等。
--	---	--------------	--

标的名称：高速常温离心机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	高速常温离心机	1.转子的气密性经由第三方机构的测试并认证，投标人须承诺中标后提供相关证明材料。 2.卡口式气密型金属转子盖，噪音＜55分贝，可以无转子盖的情况下离心。 3.转子盖快速锁定。 4.≥10档加速/减速程序，≥3个快速程序按键。 5.离心结束后可自动开盖。 6.可选择旋钮式或按键式。 7.具备瞬时离心功能。 8.rpm/rcf设置可以相互转换。 9.具备定速计时功能。 10.转子和适配器可以整体高压灭菌。 11.时间设定：10秒～9小时59分钟，可连续离心。 12.具有结束运行计时器（显示转子运行停止后的时间）。 13.最大转子容量≥24×1.5/2.0 mL，最大转速≥15,000 rpm，最大离心力≥21000 g。 14.配置要求：主机一台，气密型24×1.5/2.0 mL金属角转头一个（≥15000 rpm/21000g）。
--	---	---------	---

标的名称：桌面式4度冰箱

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	桌面式4度冰箱	1.有效容积：≥85升。 2.门体：三层玻璃门。 3.外部尺寸：产品高度≥740mm。 4.温度控制：电脑板控制，数字显示箱内温度；箱内温度范围2℃～8℃；温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选。 5.安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；具有远程报警接口功能。 6.压缩机：环保无氟制冷剂。 7.制冷方式：风冷，内部采用2个蒸发风机，直流12VLED节能照明灯。 8.具备安全门锁。 9.配备≥2层搁架及1个筐。 10.宽电压带，适合190V～240V电压下使用。 11.至少具有1个测试孔。 12.显示板具有密码保护功能，防止随意操作。

标的名称：混匀仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	混匀仪	1.外壳防阻燃材质，操作面板45度人体工程学设计，LED显示速度和时间。 2.内置点动、定时运行模式。 3.转速范围：300～3000 rpm或更宽，接触旋涡震荡速度≥3500 rpm。 4.振幅：0～3 mm。 5.定时范围：1s～99 h 59 min。 6.工作噪声：≤50分贝。 7.输入电源：AC 100～230V, 50/60Hz；功率：45W。 8.外形尺寸：≤W200 mm x D270 mm x H170 mm。 9.净重：≤8kg。 10.通用板底座卡扣式固定，兼容 96 孔PCR板（带裙边，半高裙边，无裙边），384 孔PCR板，96 孔和384孔深孔板，MTP微孔板，酶标板。 11.管混匀兼容性：0.2 mL PCR 管，PCR排管，0.5 mL 微量管，1.5 mL 微量管，2.0 mL 微量管及Vortex振荡混匀各种类型的试管。

标的名称：水平转移电泳槽

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	水平转移电泳槽	1.槽体采用聚碳酸脂材料注塑成型。 2.安全按钮式开盖。 3.配备多用制胶器，使电泳槽能同时兼顾6cm×6cm/6cm×12cm/12cm×6cm或12cm×12cm四种规格的透明胶板，能做到一槽多用。 4.多用制胶器为耐温（≥135℃）材料注塑成型，不变型。 5.多用制胶器内含的8种规格的梳子为耐温（≥135℃）材料注塑成型，不变型。 6.电泳槽承载凝胶的最大面积：12cm×12cm。 7.制胶托盘种类：6cm×6cm/6cm×12cm/12cm×6cm/12cm×12cm（透明胶板）。 8.最大电压负荷：0～500V。 9.容纳缓冲液总体积：≥1000mL。

标的名称：细菌电转仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	细菌电转仪	1.单键一键点击。 2.支持常用程序预设电压。 3.配备电子安全线路。 4.电压200~2500V连续可调。 5.放电时间≤5毫秒。 6.电击时间：≤10秒。
--	---	-------	--

标的名称：超微量分光光度计

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	超微量分光光度计	1.用途：用于检测微量核酸、蛋白等样品。 2.显示：≥7寸高清电容触摸屏,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据存储。 3.光源：≥2个，常规检测模式：氙闪光灯；比色皿模式(OD600测量)：LED发光二级管。 ▲4.波长范围：200nm~800nm。 5.样品体积：0.5~2μL。 6.光程：≥2个。 7.检测器：2048单元线性CCD阵列。 8.波长精度：≤1nm。 9.波长分辨率：≤3nm。 10.吸光度精确度：0.003Abs。 11.吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260 nm）。 12.吸光度范围(等效于10mm)：0.04~90A;比色皿模式(OD600测量)：0~4A。 13.检测时间：<5S。 14.核酸检测范围：2~4500ng/μL(dsDNA)。 15.数据输出方式：USB。 16.仪器内置打印机，可直接打印报告。 17.辅助功能：自动空白、自动检测功能，提高检测效率。

标的名称：基因扩增仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	基因扩增仪	1.≥6个温度循环器半导体模块。 2.模块类型：从左到右64×0.2mL(A模块)+32×0.2mL(B模块)。 3.适用管型：0.2mL单管，0.2mL八联排管。 4.温度范围：0~105℃。 5.最大升降温速度：≥6℃/秒。 6.温度均匀性：±0.2℃。 7.温度准确度：±0.1℃。 8.梯度方式：线性梯度和常规梯度。A模块64孔从下到上纵向梯度0.1~30℃，B模块32孔从下到上纵向梯度0.1~30℃。 9.控温方式：模拟管+模块。 ★10.变温速度可调：0.01~6℃/s。 11.液晶显示：≥10英寸液晶屏+电容式触摸屏。 12.可存储程序数：机内≥20万个+（U盘无限扩展）。 13.最大循环数：≥200个（嵌套循环下可达10万个）。 14.具备断电保护功能。 15.宽电压范围：100-240VAC,50/60Hz。 16.热盖温度：30℃~115℃可调。 17.热盖结构：自适应压杆式热盖。 18.风道结构：前进后出式风道，机器可以并排放置。 19.运行指示：固定常亮模式。 20.正版操作系统，触摸屏及鼠标均可独立控制。 21.实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程。 22.实时记录热盖和模块的温度，单页记录时长≥60分钟，并可滑动查看。 23.具备一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要。 24.内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件。 25.支持实验程序结束发送邮件提醒功能。 26.内置WIFI模块，用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制250台PCR仪。 27.GLP报告：记录程序每一步的运行信息，并可导出CSV、PDF格式报告。 28.锁屏功能：防止误操作结束正在实验的程序。 29.支持U盘升级软件。
--	---	-------	---

标的名称：180℃高温消毒三气培养箱

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	180℃高温消毒三气培养箱	1.工作体积≥185L。 2.腔体表面采用抗菌喷涂。 3.搁板数目：≥2块。 ▲4.配置不小于四个独立蜂巢内门，配置一个蜂巢。 5.单隔板承重≥10kg，总承重≥30kg。 6.180℃高温灭菌时启动带密码控制的独立电子门锁。 7.温度控制范围：高于室温3℃～55℃。 8.温度控制精度（时间）：± 0.1℃。 9.温度均一性：± 0.2℃@37.0℃。 10.温度显示：触摸屏 11.保温方式：气套式。加热方式：六面直热式。 12.四重温度控制系统，不小于三种加热模式。 13.开门30s后，温度恢复至37℃时间小于3分钟。 14.二氧化碳控制范围：1～20%。 15.二氧化碳控制精度：± 0.1% ★16.二氧化碳浓度控制：硅基原位高精度MEMS红外探头，带温度、湿度及压力补偿，在开门30s后，恢复设置值时间≤6分钟。 17.支持编程上下限可跟踪报警。 18.配备氧化锆氧气传感器探头，氧浓度控制范围：1～21%。 19.氧气浓度控制精度：± 0.2%。 20.内置下沉式水库，带水位探针监控水位。 21.湿度恢复速度<10分钟（开门30s后）。 ★22.180℃干热灭菌，过滤器和红外二氧化碳传感器支持不取出整体灭菌。 23.仪器配备带密码控制的电子旋转门锁，灭菌工作空间温度超过60℃，箱门自动锁定，腔体温度降至60℃以下，培养箱自动开锁。 24.配备HEPA过滤器，开门30s后关闭，5分钟内能够使培养箱体内部环境达到ISO-5级。 25.培养箱密闭性：24小时气体挥发不超过10%。 26.配备2通道CO₂气源供气接口，缺氧报警，自动切换到可用气路。 27.配备2通道N₂/O₂气源供气接口，缺氧报警，自动切换到可用气路。 28.不小于8英寸高清触摸屏，支持绑定手机微信小程序24小时监测运行参数并实时异常报警 29.系统支持自动记录≥365天运行数据，支持通过仪器自带USB端口下载历史数据。 30.配置：三气培养箱主机1套；隔板≥2个；不小于四个独立开关的蜂巢内门，蜂巢一个。
--	---	---------------	--

标的名称：垂直蛋白电泳槽

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	垂直蛋白电泳槽	1.槽体采用聚碳酸脂材料注塑成型。 2.按钮式开盖。 3.玻璃板与垫条一体化。 4.具有电极固定架,多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可供选择。 5.具有专用制胶架。 6.可以同时运行≥2块凝胶，单块凝胶尺寸≥8cm×7cm。 7.最大电压负荷：200V。 8.外槽容纳缓冲液最大体积：≥750mL。 9.内槽容纳缓冲液最大体积：≥130mL。
--	---	---------	--

标的名称：DNA凝胶成像仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	DN A凝 胶 成 像 仪	1.耐腐蚀金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹。 2.仪器外围尺寸≥25cm×45cm×40cm。 3.适配电源：220V/50Hz。 4.CCD相机：高分辨率科研级相机。 5.相机有效硬件像素≥500万。 6.图像分辨率600DPI。 7.感光效率QE值：HighQE:>75%。 8.像素密度：16bit(0-65535灰阶)。 9.动态范围：≥3.2个数量级。 10.即插即用式运行系统，不小于12英寸的内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10ms。 11.触摸屏系统采用四核1.9GHz的I5以上处理器及8G以上的RAM内存。 12.系统≥M2接口固态硬盘，≥128G，数据读取速度不小于300MB/s。 13.数据传输：外置2个USB3.0接口。 14.窄带滤光片：配置一组带通滤光片590nm±10nm，透光率≥85%。 ▲15.智能光源控制系统：300nm±10nm波长LED紫外光源/全波段LED白色光源，激发光源智能开启与关闭。 16.拍摄面积：≥14cm×20cm。 ▲17.超高分辨率镜头：≥2000万像素，可自动完成对焦。 18.图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能。 ★19.自动完成光源选择及拍摄，可实现伪彩色合成及三组信号图像展示。 20.具备快速图像查阅功能，控制系统能自动备份图像数据。 21.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率。 22.分析数据能输出至Excel。 23.仪器为一体式，开机即用。 24.配置清单：高分辨率超清晰科研级相机；超高分辨率自动对焦镜头；专用数控自动控制卡（HBC预装）；UV/IR Gel超多层镀膜专用滤色镜片(590±10nm)；全自动抽屉式一体化全封闭机箱；LED透射光源平台；白光托盘和紫外托盘；图像拍摄及分析软件；安装U盘；计算机软件加密锁。
--	---	------------------------------	--

标的名称：全自动化学发光图像分析系统

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	全 自 动 化 学 发 光 图 像 分 析 系 统	1.全自动控制一体式机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制。 ★2.导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01~10cm。 3.拍摄面积：≥15cm×15cm。 4.外围尺寸：≤35×55×40cm³。 5.电源：220V/50Hz。 ▲6.高灵敏度制冷CCD相机：科研级深度制冷CCD相机，三级-半导体热电式TEC制冷，相对制冷温度≤-65℃，绝对温度≤-30℃，像元尺寸：≥4.54μm×4.54μm，CCD阵列：2688×2200,像素合并：1×1，2×2，4×4（可兼容6×6，8×8，12×12，16×16，24×24），感光效率：≥75%@600nm,暗电流：≤0.00015e-/p/s @-30℃,读出噪声：4e-RMS@650KHz,线性范围：16bit。（提供制造商发布的产品彩页或官网技术参数截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测证明报告） 7.图像分辨率：300/600/1200DPI，需提供软件截图。 8.数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线。 ▲9.光圈F≤0.8，高清晰大口径高通透电动镜头，可通过电脑实现焦距调整。 10.LED反射灯×2。 11.1D图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能。 12.实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析可同时进行。 13.具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理。 14.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析。 15.分析数据能输出至Excel及TXT文件。 16.应用范围：化学发光检（Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot、Elisa等发光实验）。 17.其他应用：培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学，自发光检测等。 18.配置单：科研级深度制冷CCD相机；电动变焦镜头；暗箱装置；LED白光灯（冷灯）；图像拍摄软件；图像分析软件；安装U盘；加密锁。
--	---	---	---

标的名称：常温迷你离心机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	常温迷你离心机	1.微机控制，LCD液晶显示屏，设置值与运行值同步显示。 2.≥9种升速档位、≥10种减速档位、三组阻尼减震，采用橡胶减震。 3.离心腔采用304不锈钢材料。 4.设有超速、门盖自锁、三级保护套等多种保护，瞬时离心及连续离心方式。 5.在运行中可随时更改参数，无需停机，支持程控加载。 6.最高转速：≥20000r/min。 7.最大相对离心力：≥29000×g。 8.最大容量：≥4×750 mL。 9.转速精度：±10r/min。 10.定时范围：1s~99 h 59 min 59 S。 11.整机功率：≤800W。 12.整机噪声：≤58分贝。 13.配置要求：主机，50 mL转头，15 mL适配器各一套。
--	---	---------	--

标的名称：高速冷冻离心机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	高速冷冻离心机	1.最大转子容量≥24×1.5/2.0 mL，最大转速≥15,000 rpm，最大离心力≥21000g。 ▲2.温控范围：-10℃至+40℃，运行期间可显示样品管接触转子部位的温度。 3.具备快速制冷功能，从21℃降温至4℃≤8分钟。 4.具备自动待机功能。 5.转子和适配器可以整体高压灭菌。 6.卡口式气密型金属转子盖。 7.噪音≤54分贝，可以无转子盖的情况下离心。 8.具备短时离心功能，一键开启/关闭瞬时离心。 9.转子的气密性经由专业机构测试并认证，投标人须承诺中标后提供相关证明材料。 10.具备定速计时功能。 11.时间设定:10秒~9小时59分钟，可连续离心。具备结束运行计时器(显示转子运行停止后的时间)。 12.转子为合金材质。 13.内置排水系统。 14.支持5 mL转子、96*0.2 PCR管转子。 15.配置要求：冷冻离心机主机一台，24×1.5/2.0 mL金属角转头一个（≥15000 rpm/21000g）。

标的名称：体视显微镜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	体视显微镜	1.光学放大倍数：6.7X~45X或更宽。 2.目镜：10X，视场数≥22mm，视度可调。 3.物镜：变倍范围0.67X-4.5X或更宽，横轴式连续变倍,变倍比≥1:6.7。 4.观察头：观察筒可45度倾斜，可360度旋转，瞳距调节范围52~76mm。带定格定倍功能（可手动解除），带倍率限位功能。 5.软定位功能：0.67x/0.8x/1x/1.2x/1.5x/2x/2.5x/3x/3.5x/4x/4.5x等多个倍数带有软定位。 6.工作距离：物方有效距离≥110mm。 7.底座：立柱大扇形LED底座,调焦托架齿轮齿条升降，调焦行程≥50mm，扭力矩可调。底座尺寸≥300×290mm，立柱高度≥260mm。 8.照明方式:LED上、下光源，自适应式宽电压100-240V，LED上光源由机身供电。
--	---	-------	--

标的名称：半干转移电泳槽

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	半干转移电泳槽	1.槽体采用聚碳酸脂材料注塑成型。 2.阳极：钛合金板（镀铂金），阴极：不锈钢。 3.平板式阳极可根据不同厚度的叠置凝胶自动调节压力。 4.竖向叠放，可以同时转移≥2块凝胶；并排放置，最大放置面积≥24cm×16cm。 5.15~60分钟内即可快速完成转印。 6.具备开盖断电功能。 7.电泳槽承载凝胶的面积：≥24cm×16cm。 8.最大电压负荷：≥25V。 9.最大电流负荷：≥1400mA。

标的名称：桌面式-20度低温冰箱

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	桌面式-20度低温冰箱	1.微电脑控制，控温精度≤1℃，LED显示。 2.显示：采用微电脑处理控制系统，数字显示箱内温度。 3.设定温度在-10℃~-25℃范围内调节，箱内温度均匀度误差≤3℃。 4.多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器报警）； 5.两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。 6.配备脚轮。 7.门体配备挂锁。 8.机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质。 9.抽屉≥3个。 10.有效容积≥90升。 11.噪音≤30分贝。

标的名称：可加热型混匀仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	可加热型混匀仪	1.工作条件：使用环境温度：4℃～45℃；相对湿度：≤70%；使用电源：DC24V 5 A。 2.温度控制范围：室温+5℃～100℃。 3.定时时间:1min～99 h59 min。 4.温度均匀性：≤0.5℃。 5.控温精度：±0.25℃（在≤37℃）；±0.5℃（在≤95℃）。 6.显示精度：±0.1℃。 7.振荡速度：300～2000 rpm。 8.振荡幅度：0～3 mm。 9.加热时间(25-100℃)：≤12 min。 10.温度校准功能及短振荡点动功能。 11.具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。 12.外形尺寸：≤230 mm×170 mm×170 mm。

四、服务要求

1.1服务内容要求

采购包1：

序号	参数性质	服务要求明细
1		详见招标文件第五章采购需求 第三节 技术、商务及其他要求中的“五、其他要求”具体内容

1.2商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		其他	详见招标文件第五章采购需求 第三节 技术、商务及其他要求中的“五、其他要求”具体内容

五、其他要求

（一）商务要求（招标文件商务要求以此为准）

采购人名称、地址	采购人名称：岳麓山实验室 地址：长沙市
履行合同的 时间、地点 及方式	★一、履行合同的时间、地点及方式： 1、仪器供货期：国产设备在合同签定后25天内交货，并安装调试合格。原装进口设备在合同签定后90天以内送货到采购人指定地点并安装调试合格。所有设备均须按照采购人通知的时间及地点进行供货。到货后，仪器公司提供全面安装工具、并由仪器工程师安装（安装等相关费用由投标人承担）。 2、交货地点：岳麓山实验室，采购人指定地点 3、交货方式：货到采购人指定安装位置，包括货物安装、调试、试运行、培训及验收合格（交钥匙项目）

服务质量保 证期	★一、服务质量保证期：本项目要求质保期不少于1年，其余要求见第五章采购需求。投标人应根据标的物的特性，充分考虑投标报价。
服务响应时 间	★一、服务响应时间： 1、投标人在收到采购人售后请求后，需在2小时内响应并安排技术人员远程指导排除故障；故障未能远程指导排除的，投标人需在24小时内安排售后人员携带维修工具和零配件到达现场，48小时内解决一般故障；对需到本地特约服务站维修或临时采购国产特殊配件的，必须在72小时内解决故障；对需返厂维修或需临时采购进口配件的，必须在7天内解决故障（如遇不可抗逆因素，需经采购人同意）。如遇紧急情况，投标人应能安排售后服务人员能在4小时内到达实验室开展工作。 2、其余详见第五章采购需求。
合同价款支 付方式和条 件	★一、合同价款支付方式和条件： 本项目无预付款。原装进口产品由外贸进出口代理单位办理手续（外贸进出口代理单位须经采购人确认），外贸代理服务费由投标人支付。货到安装、调试、培训完成并经验收合格后，由采购人凭投标人提供的有效票据通过银行或国库向投标人支付合同款，具体按以下方式执行： 1、验收合格后, 投标人提供履约担保, 采购人支付 100% 的合同款；质量保证期满（从验收合格之日起计）且设备正常运行经双方确认无质量问题，根据投标人提交的担保撤销申请，由采购人发起撤销履约担保； 2、在款项支付过程中，因财政部门的原因（如跨财政会计年度、资金指标未及时核拨等），付款时间相应顺延，均不属采购人违约。 3、履约担保：投标人需在设备验收合格后且合同款支付前提交履约担保，担保形式为保证金（现金、支票或银行汇票）或银行保函（见索即付的无条件保函），金额为合同金额的7%，有效期不得少于设备质保期满后60天，若质保期内出现质量问题且投标人未修复的，采购人有权要求延长担保有效期。银行保函具体要求：①保函必须有“见索即付”、“不可撤销”字样，采购人可在保函有效期内，凭书面索赔通知要求银行无条件支付保函金额，无需提供其他证明文件；②禁止保函中包含以下内容：需提交仲裁判决或第三方证明、索赔需投标人同意、模糊的失效条款（如“质保期结束失效”，未明确具体日期）等影响采购人权益的事项。
	★一、质量保证 1、投标人应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。 2、投标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由投标人负责处理，实行包修、包换、包退、

投标人提供的其他服务

直至产品符合质量要求。投标人承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。

★二、产品安装、调试及项目实施

1、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由投标人承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

2、安装：本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。

3、调试：调试由投标人负责，投标人为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。设备试运行由投标人负责，由采购人确认，试运行产生的一切费用由投标人承担。

4、验收：投标人在完成合同规定的内容后（安装调试合格），可向采购人申请验收；验收依据招标文件、投标文件、采购合同及其它有效的补充文件。

5、对于需定期校准的设备，需同步规划并安排校准周期。

★三、技术培训：

投标人应科学制定相配套的培训计划，对采购人的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。培训费用由中标人承担，培训包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，确保不少于4个（2批次以上）使用人员能独立操作。

★四、其他：

1、本合同范围所需的设备均由投标人提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由投标人承担全部的经济损失和责任。

2、设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料验收时一次性移交采购人。

3、供货前，投标人须安排专业技术人员到供货地点现场勘察安装环境，并出具针对该项目仪器安装条件的现场勘查报告书，产生的费用包含在投标总价内。投标人为保证货物安全、合法、完整到达采购人指定的场所条件并完成安装、调试和试运行所需的工作、提供的相应配件、耗材，例如：插座接线、稳压器等。

4.进口的货物必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验，投标人所投进口产品的报关、商检、备案手续及所产生的一切费用均由投标人自行承担并办理。

5、本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业等项目的投标人承诺使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有

	效期内)实施, 否则由此造成的后果由投标人负责。 6、如所投产品受行业主管部门规定强制认证或检测或许可的(如 3C 认证或检测报吉或工信部进网许可证等), 投标人在签订合同前向采购单位提供相关认证证书或检测报告。 7、本项目所要求的硬件、软件, 投标人要配备给采购人, 并保证采购人能正常使用求不需要另外增加其他附件和其他费用。
违约责任	详见第六章第二节政府采购合同通用条款第15款; ★一、质量违约责任 1、投标人标的物第一次验收不合格, 经整改后复验合格, 但申请复验时间已超过合同约定交货期的(由采购人组织验收期间的时间不计算在交货期限内, 申请延迟交货并经采购人同意的项目以延迟交货时间计算), 投标人应向采购人支付该部分总金额的3%作为违约金(违约金由采购人直接在待付货款中扣除)。 2、投标人标的物第一次验收不合格且整改后复验仍不合格, 采购人部分或全部解除合同的, 投标人应向采购人支付本合同复验不合格标的物总金额的5%作为违约金(预付款应按中国人民银行同期同类存款利率计息, 并将本息退还至采购人账户)。 ★二、逾期交货违约责任 1、投标人申请验收时间超过合同约定交货期, 或整改完毕申请复验时间超过合同约定交货期的(由采购人组织验收期间的时间不计算在交货期限内, 申请延迟交货的以延迟交货时间计算), 每逾期一天投标人应向采购人支付本合同逾期交货标的物总金额的0.5%作为违约金(违约金由采购人直接在待付货款中扣除)。 2、投标人未在验收情况告知函规定的整改期限内(不超过合同约定交货期30个日历日, 且由采购人组织验收期间的时间不计算在交货期限内, 申请延迟交货并经采购人同意的项目以延迟交货时间计算)整改完毕并申请复验, 采购人部分或全部解除合同的, 投标人应向采购人支付未申请复验标的物总金额的5%作为违约金。如违约金达到最高限额时投标人仍不能交货, 采购人可单方面解除合同并按投标人不能交货的违约条款执行。 3.经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此列。 ★三、其他违约责任 1、投标人申请交货验收时, 未一次性将全部标的物送至采购人指定地点的, 投标人应向采购人支付本合同未送达指定地点标的物总金额的1%作为违约金(违约金由采购人直接在待付货款中扣除)。 2、投标人超过合同约定交货期30个日历日(不含提交申请延迟交货项目)未提交验收申请(含整改后复验), 采购人有权解除合同的, 投标人应向采购人支付本合同总金额10%的违约金(有预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息, 并将本息退还至采购人账户)。

	3、投标人单方面要求解除本合同，应向采购人支付合同金额10%的违约金（有预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户）。 4、非因采购人原因致合同不能继续履行的，投标人应承担违约责任。采购人有权解除本合同，投标人应向采购人支付合同金额10%的违约金（有预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户）。 5、投标人擅自转包、分包的，采购人有权单方面解除合同，并要求投标人支付合同金额10%的违约金（有预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户）。 6、在履行合同过程中，采购人发现投标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，投标人应退还采购人已支付的费用（已支付的费用按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户），同时投标人赔偿合同总价20%的违约金给采购人。 7、投标人未能按照售后服务要求以及投标文件中承诺的售后服务计划履约的：第一次，约谈投标人负责人；两次及以上列入岳麓山实验室不良供应商名单，并视情形上报财政、市场监管等有关部门。 8、由于采购人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由采购人负责。但投标人保证及时给予补齐和修复。 9、因投标人违约导致采购人追究的，违约方除向守约方赔偿损失外，还应承担由此产生的其他费用，包括并不限于案件受理费、律师代理费、鉴定费、违约金等一切损失。
其他约定	★1、产品包装 为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由投标人承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。 2、唛头 投标人应在每件包装箱上，明显地标注下列标记： 1)收货人； 2)产品名称； 3)合同号； 4)品目号和箱号； 5)到达站或到货地点； 6)外形尺寸(长宽高)，以厘米计； 7)毛重、净重(公斤)。 3、投标人应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。 ★4、解决争议的方式为诉讼。 5、本项目未尽事宜及其他约定内容，均以采购人最终提供的正式合同文本要求为准。 6、合同未尽事宜的解决办法为协商解决。

第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订时间: _____

使用 说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用

。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：_____

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 _____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日，完成日期

: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 _____ 生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份
, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

合同订立地点: _____

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”是指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”是指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”是指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”是指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”是指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”是指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约

定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和

提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一

方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	

第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第七章 投标文件的组成

详见附件：封面

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：投标人承诺函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：货物说明一览表

详见附件：法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件

详见附件：项目实施方案

详见附件：同类项目业绩

详见附件：售后服务方案

详见附件：免交投标保证金承诺书

详见附件：技术培训方案

详见附件：投标人无不良信用记录

详见附件：质保期承诺

详见附件：投标函

详见附件：符合本国产品标准的产品证明

详见附件：本项目所投节能或环境标志产品清单

详见附件：报价明细表

报价表

项目编号： HNSZJZ202600393

项目名称： 2026年岳麓山实验室畜禽品种创制中心仪器设备（引进人才专项）一批

采购包： 全自动化学发光图像分析系统等仪器设备

投标人名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	产地	品牌	规格	生产厂家	是否环境标志产品	是否节能产品
1	三槽PCR仪	1.00台	34500元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
2	90℃湿热消毒二气培养箱	1.00台	40000元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
3	高速常温离心机	4.00台	118000元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
4	桌面式4度冰箱	1.00台	5600元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
5	混匀仪	3.00台	13200元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
6	水平转移电泳槽	1.00台套	1900元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
7	细菌电转仪	1.00台	45300元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
8	超微量分光光度计	1.00台	56700元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
9	基因扩增仪	1.00台	28600元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
10	180℃高温消毒三气培养箱	1.00台	55000元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
11	垂直蛋白电泳槽	2.00台套	6800元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
12	DNA凝胶成像仪	1.00台	40000元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
13	全自动化学发光图像分析系统	1.00台套	87900元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
14	常温迷你离心机	1.00台	10000元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
15	高速冷冻离心机	2.00台	95400元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}

16	体视显微镜	1.00台	7800元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
17	半干转移电泳槽	1.00台套	12000元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
18	桌面式-20度低温冰箱	1.00台	6300元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}
19	可加热型混匀仪	4.00台	40000元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}			{供应商响应}	{供应商响应}

合计:										
备注: 无										

时间： 年 月 日

签章:

