

# 湖南省政府采购

公开招标文件（电子标）

货物类

采购项目名称：医用核磁共振设备一批项目

政府采购编号：CGXM2026430000000968

采购代理编号：HNSZJZ202600247

采购人：南华大学附属第一医院

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2026年08月

# 目录

## 第一章 投标邀请

## 第二章 投标须知

### 第一节 投标须知前附表

### 第二节 投标须知

#### 一、总则

#### 二、招标文件

#### 三、投标文件

#### 四、投标

#### 五、开标，资格审查和评标

#### 六、中标信息公布

#### 七、询问与质疑

#### 八、合同签订

#### 九、政府采购政策

#### 十、其他规定

## 第三章 资格审查

### 1. 资格审查主体

### 2. 资格审查

### 3. 资格审查内容和标准

### 4. 资格审查结果

## 第四章 评标方法及标准

### 第一节 评标方法及标准前附表

### 第二节 评标方法及标准

#### 1. 评标方法

#### 2. 评标程序

#### 3. 投标文件的符合性审查

#### 4. 投标文件的澄清

#### 5. 投标文件的比较与评价

#### 6. 推荐中标候选人

#### 7. 复核

#### 8. 编写评标报告

#### 9. 停止评标

#### 10. 无效投标和废标

#### 11. 重新组建评标委员会进行评标

### 第三节 投标文件的符合性审查

### 第四节 投标文件的比较与评价

### 第五节 评标方法及标准表

## 第五章 采购需求

### 第一节 采购清单一览表

## 第二节 报价要求

## 第三节 技术、商务及其他要求

# 第六章 政府采购合同

## 第一节 政府采购合同协议书

## 第二节 政府采购合同通用条款

## 第三节 政府采购合同专用条款

# 第七章 投标文件的组成

## 第一章 投标邀请

南华大学附属第一医院 的 医用核磁共振设备一批项目 进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

### 一、采购项目名称、编号

1、采购项目名称： 医用核磁共振设备一批项目

2、政府采购编号： CGXM2026430000000968

3、采购代理编号： HNSZJZ202600247

4、采购项目预算： 46,500,000.00元

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章采购需求部分描述。

6、评标方法：详见第四章评标方法及标准。

7、合同定价方式：

采购包1：固定总价

采购包2：固定总价

8、合同履行期限：详见第五章采购需求。

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：投标保证金要求、履约保证金要求、质量保证金要求详见第二章投标须知前附表。

### 二、采购人的采购需求（按包）

| 序号 | 采购包号 | 采购包名称  | 数量（项） | 采购项目预算（元）     | 采购项目最高限价（元）   |
|----|------|--------|-------|---------------|---------------|
| 1  | 1    | MR机器2  | 1     | 41,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 2  | 2    | 关节用磁共振 | 1     | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

### 三、采购项目需要落实的政府采购政策：

采购包1：

不属于专门面向中小企业采购。

采购包2：

不属于专门面向中小企业采购。

### 四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：

采购包1:

(1)特定资格条件: 所投货物若纳入医疗器械管理的, 投标人须具有医疗器械生产或经营许可证 (或相应的备案凭证)

(2)特定资格条件: 所投货物纳入医疗器械管理的, 货物须具有有效的医疗器械注册证 (或备案凭证)

采购包2:

(1)特定资格条件: 所投货物若纳入医疗器械管理的, 投标人须具有医疗器械生产或经营许可证 (或相应的备案凭证)

(2)特定资格条件: 所投货物纳入医疗器械管理的, 货物须具有有效的医疗器械注册证 (或备案凭证)

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的, 不得再参加此项目的其他招标采购活动

。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单, 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的, 拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体投标具体要求详见第三章资格审查描述。

五、获取招标文件的时间、期限、方式

1.获取公开招标文件的时间: 详见公告正文。

2.发布公开招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在湖南省政府采购网([www.ccgp-hunan.gov.cn](http://www.ccgp-hunan.gov.cn))和湖南省公共资源交易服务平台(<https://www.hnsggzy.com/>)上发布。

3.招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(<https://www.hnsggzy.com/>)中进入"交易快速通道"- "政府采购"再进入"湖南省公共资源交易-政府采购交易系统"进行"填写信息""下载文件"操作, 逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载, 恕不另行通知, 如有遗漏投标人自行承担全部责任。

注意:

(1) 湖南省公共资源交易中心主页的下载中心模块 (<https://zfcg.hnsggzy.com/>) "有投标人的注册以及操作流程说明、制作工具软件等相应操作手册。投标人使用电子投标遇到问题时, 请及时向系统技术支持咨询, 联系方式: 0731-89665226、0731-85120747。

(2) 中国湖南政府采购网([www.ccgp-hunan.gov.cn](http://www.ccgp-hunan.gov.cn))、湖南省公共资源交易服务平台(<https://www.hnsggzy.com/#/sy/fastTrack?value=zfcgkj>)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的供应商请及时登录网站查询、办理。

六、投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限

1、提交电子投标文件的截止时间: 详见公告正文

2、开标时间: 详见公告正文

3、开标地点: 详见公告正文

七、公告发布及期限:

1、本招标公告在中国湖南政府采购网 ([www.ccgp-hunan.gov.cn](http://www.ccgp-hunan.gov.cn)) 发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在不同媒体发布的同一政府采购公告如有不一致的, 以在指定的网站发布的为准。

八、疑问及质疑:

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的, 可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的, 可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内, 按《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定, 以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、其它补充事宜

无

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人信息

(1) 名 称： 南华大学附属第一医院

地址： 衡阳市石鼓区船山路69号

邮编： /

联系人： 彭老师

联系电话： /

2、采购代理机构信息

(1) 名 称： 安徽省招标集团股份有限公司

地址： 湖南省长沙市开福区芙蓉中路1段319号绿地中心T2栋1808室

邮编： 410000

联系人： 姚杰、周精、奚峻

联系电话： 17373132689、18373117947

## 第二章 投标须知

### 第一节 投标须知前附表

| 条款号       | 条款名称             | 编列内容规定                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、说明      |                  |                                                                                                                                                                 |
| 第1.1款     | 采购项目             | 医用核磁共振设备一批项目                                                                                                                                                    |
| 第1.2款     | 中小企业采购政策落实       | 采购包1：不属于专门面向中小企业采购。<br>采购包2：不属于专门面向中小企业采购。                                                                                                                      |
| 第2.5款     | 采购进口产品           | 详见第五章【采购需求】                                                                                                                                                     |
| 第3.1款     | 投标人资格条件          | 详见第一章【投标邀请】                                                                                                                                                     |
| 第3.2款     | 接受联合体形式投标        | 采购包1：不接受<br>采购包2：不接受                                                                                                                                            |
| 第5.1款     | 电子招标文件提供期限       | 详见第一章【投标邀请】                                                                                                                                                     |
| 第5.2款     | 是否组织潜在投标人现场考察    | 采购包1：组织现场踏勘：否<br>采购包2：组织现场踏勘：否                                                                                                                                  |
|           | 是否召开开标前答疑会       | 本项目不组织标前答疑                                                                                                                                                      |
| 二、招标文件    |                  |                                                                                                                                                                 |
| 第7.4款     | 非实质性偏离的范围和幅度     | 招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和 $\geq 10$ 项将导致无效投标。                                                                                                                      |
| 第9.1款     | 招标公告指定媒体         | 中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）                                                                                                                                |
| 三、投标文件    |                  |                                                                                                                                                                 |
| 第13.2款    | 采购预算、最高限价        | 详见第一章【投标邀请】                                                                                                                                                     |
| 第13.8款    | 投标报价的其他要求        | 详见第五章【采购需求】                                                                                                                                                     |
| 第14.1款    | 投标人应提供资格审查资料     | 详见第三章【资格审查】                                                                                                                                                     |
| 第14.1(3)款 | 特定资格条件应提供的资格审查资料 | 详见第三章【资格审查】                                                                                                                                                     |
| 第16.1款    | 投标有效期            | 90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。                                                                                                                                 |
| 第17.1款    | 投标保证金            | 本项目不收取保证金<br>其他说明：<br>投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。<br>未按照招标文件要求提交投标保证金和免交投标保证金承诺书的，将视为无效投标。 |
| 第18.1款    | 分包               | 采购包1：不允许分包；<br>采购包2：不允许分包；                                                                                                                                      |

|              |                      |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四、投标         |                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 第20.2款       | 投标截止时间（开标时间）         | 详见第一章【投标邀请】                                                                                                                                                                                                |
| 五、开标、资格审查和评标 |                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 第23.2.3款     | 解密电子投标文件时限及方式        | 投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因特殊情况按第二章第二节35条处理）                                                                                                          |
| 六、中标信息公布     |                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 第27.2款       | 中标人确认方式              | 采购单位应在政府采购招标投标管理办法规定的时限内确定中标人。                                                                                                                                                                             |
| 第27.2款       | 中标候选人和中标人数量          | 中标候选人数量：<br>采购包1：3名<br>采购包2：3名<br>中标人数量：<br>采购包1：1名<br>采购包2：1名                                                                                                                                             |
| 第27.2款       | 中标候选人并列的确定中标人的方式     | 综合评分法：中标候选人并列的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分（或差值）相同的，按投标报价（非评审价格）由低到高顺序排列。得分（或差值）且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列。所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。<br>最低评标价法：中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，按招标文件中规定的方式确定中标候选人排名顺序。 |
| 第28.3款       | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 答复主体：代理机构<br>联系人：姚杰<br>联系电话：17373132689<br>地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路1段319号绿地中心T2栋1808室<br>邮编：410000                                                                                                                 |
| 七、合同签订       |                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 第30.1款       | 履约担保                 | 采购包1：不缴纳<br>采购包2：不缴纳                                                                                                                                                                                       |
| 九、其他规定       |                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 第34.1款       | 招标代理服务费              | 本项目收取代理服务费<br>代理服务费用收取对象：采购人<br>代理服务费收费标准：以中标单位中标金额为计算基数，参照原国家规定的行业收费标准《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格【2002】1980号））货物类的70%计取，由采购人支付。                                                                              |



|        |      |                                                                            |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 第35.1款 | 其他规定 | 中标人在领取中标通知书前，需提供贰份纸质投标文件（装订成册）至采购代理机构。纸质投标文件内容须与电子投标文件一致，如出现不一致时以电子投标文件为准。 |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|

第二节 投标须知

一、总则

1.适用范围

- 1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
- 1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.定义

- 2.1采购人系依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人名称、联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
- 2.2采购代理机构系接受委托、代理采购项目、依法成立中介代理机构。本项目采购代理机构的名称、地址、联系方法见【投标须知前附表】。
- 2.3投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
- 2.4进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

2.5电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

3. 投标人的资格要求

- 3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
- 3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

- （1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。
- （2）参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
- （3）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
- （4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4. 投标费用

- 4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 组织现场考察或者召开答疑会

- 5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
- 5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
- 5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## 二、招标文件

### 6.招标文件的构成

6.1招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

### 7. 偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

### 8.询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

### 9.招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。

## 三、投标文件

### 10.投标语言

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

10.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

10.3如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

## 11. 计量单位和投标货币

11.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.2 本项目均以人民币报价。

## 12. 投标文件的组成详见第七章

## 13. 投标报价

13.1 投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.5 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”等相关内容。

13.6 投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

13.7 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）

13.8 投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

## 14. 投标人的资格证明文件

14.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明文件复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2 投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交前款资格证明材料。

14.3 投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人电子章，并按招标文件规定签章。

## 15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

## 16. 投标有效期

16.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

## 17. 投标保证金

17.1 招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3.1投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：

17.3.2投标保证金退还情况查询，请登录“湖南省公共资源交易中心”门户网站，网址：<https://ggzy.hunan.gov.cn/>，点击首页左侧“投标保证金退还情况查询”图标进入查询界面。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- (二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
- (三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
- (四)在投标（响应）文件中提供虚假材料的；
- (五)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (六)法律法规或者采购文件规定的其他情形。

## 18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

## 19. 电子投标文件的制作和签署

19.1电子投标文件编制、制作需要在湖南省公共资源交易政府采购电子化平台（<https://zfcg.hnsggzy.com/gpfa-main-web/basic/noticeDetail?noticeGuid=7262695216006758400>）上下载“投标文件制作工具软件下载”软件。

19.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制投标文件，否则，由于投标人的编制、格式、上传位置等失误所导致的后果和责任由投标人自行承担。

19.3投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的大小和清晰度、格式等应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，所导致后果均由投标人自行承担。

19.5投标人应按招标文件规定使用湖南省公共资源交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。

19.6电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，所导致后果由投标人自行承担。

## 四、投标

### 20. 电子投标文件的加密和提交

20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受，采购代理机构不予受理。

20.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。

20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或系统技术支持联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，所导致后果由投标人自行承担。

### 21.电子投标文件的修改和撤回

21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。

## 22. 串通投标行为

22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互签章；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、开标，资格审查和评标

### 23. 开标

23.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；

23.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；

23.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

23.2.2开标时间，由采购代理机构在线上公布上传文件的投标人信息；

23.2.3投标人根据发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。投标文件在规定解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

23.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

23.2.5开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和公布信息有疑义，以及认为代理机构或相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当线下提出询问或者申请回避。

23.2.6采购人或采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有规定及时处理。

23.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

- (1) 投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
- (2) 投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；
- (3) 解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
- (4) 解密时间超过规定时限的；
- (5) 其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

23.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。

### 24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定进行资格审查。

24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；经资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

## 25. 评标委员会

25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

## 26. 评标

26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

## 六、中标信息公布

### 27. 中标通知书与中标信息公布

27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人。

27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标公告期限为1个工作日。

27.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

## 七、询问与质疑

### 28. 投标人询问与质疑

28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

28.2投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.3投标人提出质疑的，应按照省级财政部门现行规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

28.4采购人、采购代理机构按照省级财政部门现行规定进行质疑答复。

28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照省级财政部门现行规定向采购人同级财政部门提出投诉。

## 八、合同签订

### 29. 签订合同

29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 30. 履约担保

30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。

### 31. 政府采购合同履行中数量的变更

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、政府采购政策

### 32.政府采购政策

#### 32.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

#### 32.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注“<符号产品>”），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

#### 32.3价格评审优惠：

32.3.1.1在采购货物中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。

32.3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

32.3.1.3招标文件允许联合体投标或分包的①以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；②对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业的合同占到合同总金额30%以上。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。

32.3.1.4价格扣除比例或者价格加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

#### 32.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

32.5投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按财政部、工信部联合印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，投标人提

供《中小企业声明函》（格式附后），允许分包或联合体投标的还需提供分包协议或联合体协议。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

## 十、其他规定

### 33.招标不足三家处理

33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
- （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

33.2属前款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

### 34.代理服务费

34.1代理服务费应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费

### 35.电子招投标的应急措施

35.1电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- （5）网络故障，无法访问或无法使用系统；
- （6）电力中断等其他特殊情况。

35.2出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持有异议。

- （1）酌情延长投标文件解密时间，以保障招投标活动的继续实施；
- （2）项目作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；
- （3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。

### 36.报价/分值精确度

36.1所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。

37.招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。



## 第三章 资格审查

### 1. 资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构。

### 2. 资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
- (2) 联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
- (3) 投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；
- (4) 未按要求提交投标保证金或未按要求提供免交投标保证金承诺书的；
- (5) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.3信用记录。

2.3.1 采购人或采购代理机构在开标结束后资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别。

2.3.2 查询网站为“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、信用中国(湖南) (<https://credit.fgw.hunan.gov.cn>) 和中国湖南政府采购网([www.ccgp-hunan.gov.cn](http://www.ccgp-hunan.gov.cn))

2.3.3 不良信用记录是指:投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单,或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

2.3.4 联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.3.5 信用信息查询记录和证据留存具体方式:投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果与其他采购文件一并保存。

### 3. 资格审查内容和标准

3.1一般资格审查要求：

采购包1：

| 序号 | 审查内容                                    | 具体标准和要求                        | 关联投标（响应）文件格式文件          |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力                           | 具有独立承担民事责任的能力。                 | 具有独立承担民事责任的能力证明文件       |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章 | 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 |
| 3  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。            | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。             | 无重大违法记录声明函              |

|   |                     |                             |                                                                                                                              |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 投标人无不良信用记录          | 投标人无不良信用记录。                 | 无重大违法记录声明函                                                                                                                   |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函                                                                                                       |
| 6 | 符合法律、行政法规规定的其他条件    | 符合法律、行政法规规定的其他条件。           | 投标人承诺函、无重大违法记录声明函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、具有独立承担民事责任的能力证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容                                    | 具体标准和要求                        | 关联投标（响应）文件格式文件                          |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力                           | 具有独立承担民事责任的能力。                 | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、具有独立承担民事责任的能力证明文件 |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章 | 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函                 |
| 3  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。            | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。             | 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函、其它格式            |
| 4  | 投标人无不良信用记录                              | 投标人无不良信用记录。                    | 无重大违法记录声明函                              |
| 5  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力                     | 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。    | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函                  |

|   |                  |                   |                                                                                                           |
|---|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、封面、商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、投标保证金缴纳证明材料、具有独立承担民事责任的能力证明文件 |
|---|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|---------|----------------|
| 无  |      |         |                |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|---------|----------------|
| 无  |      |         |                |

### 3.3特定资格审查：

采购包1：

| 序号 | 审查内容   | 具体标准和要求                                     | 关联投标（响应）文件格式文件                  |
|----|--------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 特定资格条件 | 所投货物若纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证） | 其他材料、供应商应提交的相关证明材料、其它格式、技术参数响应表 |
| 2  | 特定资格条件 | 所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）        | 其他材料、供应商应提交的相关证明材料、其它格式、技术参数响应表 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|---------|----------------|
|----|------|---------|----------------|

|   |        |                                             |                                 |
|---|--------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 特定资格条件 | 所投货物若纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证） | 其他材料、供应商应提交的相关证明材料、其它格式、技术参数响应表 |
| 2 | 特定资格条件 | 所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）        | 其他材料、供应商应提交的相关证明材料、其它格式、技术参数响应表 |

#### 4. 资格审查结果

4.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

4.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

## 第四章 评标方法及标准

### 第一节 评标方法及标准前附表

| 条款号   | 条款名称                    | 编列内容规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1款   | 评标方法                    | 采购包1：综合评分法<br>采购包2：综合评分法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第3.4款 | 单一产品采购项目的核心产品（含服务中配套货物） | 核心产品为：<br>采购包1：MR机器2<br>采购包2：关节用磁共振<br>（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正        | 根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十九条 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：<br>（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；<br>（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；<br>（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；<br>（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。                                                                                                |
| 第5.2项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定         | 综合评分法规定：<br>如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。<br>最低评标价法规定：<br>如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。 |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 扶持中小企业 | <p>本项目中小企业划分标准所属行业：详见第五章采购需求采购清单一览表中表述。</p> <p>下列为《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）的划分标准：</p> <p>（一）农、林、牧、渔业</p> <p>（二）工业</p> <p>（三）建筑业</p> <p>（四）批发业</p> <p>（五）零售业</p> <p>（六）交通运输业</p> <p>（七）仓储业</p> <p>（八）邮政业</p> <p>（九）住宿业</p> <p>（十）餐饮业</p> <p>（十一）信息传输业</p> <p>（十二）软件和信息技术服务业</p> <p>（十三）房地产开发经营</p> <p>（十四）物业管理</p> <p>（十五）租赁和商务服务业</p> <p>（十六）其他未列明行业</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第5.4（1）项 | 价格评审优惠 | 中小企业优惠政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>①小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>②给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。</p> <p>（注：投标文件必须按招标文件要求特别标注说明所投相应产品所在品目、品牌、型号，中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑）</p> |
|          |        | 监狱企业、残疾人福利性单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。</p> <p>监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>                                                                                                                                       |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第5.4（2）项 | 优先采购              | <p>①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。投标人须如实填写并提供“节能产品”清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；</p> <p>②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；</p>                                                                                                                                                           |
| 第5.4（3）项 | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 | <p>1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对两者均填报的，评标委员会评审时，两者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。</p> <p>2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。</p> <p>3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。</p>                                                                                                                                 |
| 第6.1款    | 中标候选人并列的确定中标人的方式  | <p>综合评分法规定：按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。</p> <p>最低评标价法规定：按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。</p> |
| 第10款     | 无效投标的规定           | <p>投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理：</p> <p>（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；</p> <p>（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。</p>                                                                                                                                                                                    |
|          | 废标的规定             | <p>有下列情形之一的，评标委员会应予废标：</p> <p>（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；</p> <p>（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；</p> <p>（4）因重大变故，采购任务取消的。</p>                                                                                                                                                              |

## 第二节 评标方法及标准

### 1. 评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标评审报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

1.4未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

1.5本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

## 2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

### 3. 投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

### 4. 投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

## 5. 投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

### 5.2单一产品采购项目：

综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。



#### 5.4政府采购政策：

- (1) 价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣或者加分。
- (2) 优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
- (3) 计算方法： 多处获得政府采购政策优惠的计算方法按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定计算。

#### 6. 推荐中标候选人

6.1若采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2若采用最低评标价法，评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人。

#### 7. 复核

7.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

7.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

#### 8. 编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本节7.2情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 9. 停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

#### 10. 无效投标和废标

10.1按【评标方法及标准前附表】

#### 11. 重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- (1) 评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
- (2) 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

### 第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

符合性审查表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容                                                | 具体标准和要求                                                                                                                                                              | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的                        | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的                                                                                                                                         | 封面             |
| 2  | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；注：技术要求中标注“★”参数条款，应当提供证明材料（包含但不限于产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告或参数说明），采购需求中提出要求的以采购需求要求为准，未按要求提供材料的视同负偏离。 | 其它格式、技术参数响应表   |
| 3  | 投标有效期不足的                                            | 投标有效期不足的                                                                                                                                                             | 其它格式           |
| 4  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的                                 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的                                                                                                                                                  | 投标人承诺函         |
| 5  | 不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的                                | 不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的                                                                                                                                                 | 投标人承诺函         |
| 6  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的                              | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的                                                                                                                                               | 投标人承诺函、其他材料    |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|---------|----------------|
|----|------|---------|----------------|

|   |                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的                        | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的                                                                                                                                         | 其他材料、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、商务应答表、供应商应提交的相关证明材料、封面、其它格式、监狱企业的证明文件、技术参数响应表 |
| 2 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；注：技术要求中标注“★”参数条款，应当提供证明材料（包括但不限于产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告或参数说明），采购需求中提出要求的以采购需求要求为准，未按要求提供材料的视同负偏离。 | 商务应答表、其它格式、技术参数响应表                                                     |
| 3 | 投标有效期不足的                                            | 投标有效期不足的                                                                                                                                                             | 其他材料、其它格式                                                              |
| 4 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的                                 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的                                                                                                                                                  | 其他材料                                                                   |
| 5 | 不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的                                | 不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的                                                                                                                                                 | 其他材料                                                                   |
| 6 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的                              | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的                                                                                                                                               | 其他材料、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书                                               |

## 2. 投标无效

### 2.1 投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

- (1) 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 第四节 投标文件的比较与评价

### 1. 评标方法

1.1 采用综合评分法评标时，评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水

平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节第五节“评标方法及标准表”。

1.2采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3.投标报价评价

3.1采用综合评分法的，投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价（修正或调整）／投标报价（修正或调整）） × 报价权重分

3.2采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

4.落实政府采购政策价格扣除

4.1需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按本章第五节评标方法及标准表的相关规定进行价格调整。

5.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分【综合评分法适用】

5.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第6.3（2）项以及本节第五节“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

6.评标总得分【综合评分法适用】

6.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分=A投标报价得分+A技术项得分+A商务项得分+A优先采购加分

6.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

第五节 评标方法及标准表

采购包1：

| 评审内容   |      | 评审标准                                                                    |    |       |                |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分100.00分（权重50.00%）<br>商务部分100.00分（权重20.00%）<br>报价得分100.00分（权重30.00%） |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                                                                 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |                         |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------|
| 技术评审<br>(明标) | 满足招标文件技术要求程度 | 所投产品技术参数及配置符合招标文件要求无负偏离的计60分；重要技术参数（标“▲”参数）有负偏离的，每一项扣10分，扣完为止；一般技术参数（非“★”及非“▲”参数）有负偏离的，每一项扣6分，扣完为止。注：①负偏离包括但不限于：缺漏项、技术参数不明、配置不详等。②技术要求中标注▲的重要参数条款或标明要求提供证明材料的条款，应当提供证明材料，未按要求提供的视同负偏离。                                                       | 60.0000 | 客观 | 技术参数响应表<br>其他材料<br>其它格式 |
|              | 产品配置方案       | 投标人需提供包括但不限于以下材料，说明所投设备的性能、质量及配置完善性：①设备配置清单；②功能描述；③先进性介绍；④开放性与可扩充性介绍；⑤设备运行的稳定性介绍，方案内容完整符合要求的计20分，每出现一项缺漏项或不符合采购需求的扣4分，每有一项有标题无实质性描述或有缺陷的扣2分，不提供不得分。缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。 | 20.0000 | 主观 | 其他材料<br>其它格式            |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |                         |

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |                       |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|
|      | 培训方案   | 培训方案包括但不限于①培训专员安排、②设备的原理及设备技术性能培训③操作维护方法及排除故障、④培训方法、培训时间安排和次数等，方案完善且完全满足用户的需求得20分，每出现一项缺漏或不符合采购需求的扣5分，每有一项有标题无实质性描述或有缺陷的扣2分，不提供不得分。缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。                 | 20.0000 | 主观 | 其他材料<br>其它格式          |
| 商务评审 | 业绩     | 近三年内（投标截止时间前 36 个月），提供所投产品同品牌医用磁共振的终端销售业绩，每提供一个业绩计10分，最高计50分（须提供合同复印件或中标通知书，否则不计分）。                                                                                                                                                          | 50.0000 | 客观 | 其他材料<br>其它格式          |
|      | 售后服务方案 | 售后服务方案包含但不限于①零配件的储备、②保修期外维修方案及维修响应时间、③售后服务机构和维修人员队伍、④设备故障的解决方案、⑤应急维修预案等，方案内容完全符合本采购文件采购需求的计50分，每出现一项方案缺漏或不符合采购需求的扣10分，每有一项有标题无实质性描述或有缺陷的扣5分，不提供不得分。缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 50.0000 | 主观 | 其他材料<br>商务应答表<br>其它格式 |
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |                       |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |    |                |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------|
| 价格分 | 合计 | 报价得分=(评审基准价／评审报价)<br>$\times 100 \times$ 价格权重。满足采购文件<br>要求且评审报价最低的为基准价，<br>因落实政府采购政策进行价格调整的，<br>以调整后的价格计算基准价和<br>评审报价。注：若报价形式为总价<br>、单价、折扣、上浮率时，评审报<br>价=投标报价，扣除价=评审报价 $\times$<br>扣除比例=投标报价 $\times$ 扣除比例，<br>扣除后评审报价=评审报价-扣除价<br>=投标报价 $\times$ （1-扣除比例）。 | 100.000<br>0 | 客观 | 报价表<br>分项报价明细表 |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------|

附加分

| 序号 | 加分类型 | 评审内容 | 分值 | 客<br>观/<br>主<br>观 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文<br>件格式文件 |
|----|------|------|----|-------------------|---------|--------------------|
| 无  |      |      |    |                   |         |                    |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容              | 适用情形              | 扣除比例<br>(C1) | 具体标准和要求                                                                                                                                                           | 关联投标（响应）文<br>件格式文件                          |
|----|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 10.00%       | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。<br>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。<br>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 中小企业声明函<br>残疾人福利性单位声明函<br>监狱企业的证明文件<br>其它格式 |

|   |          |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 注：扶持中小企业发展的优惠政策、支持本国产品的优惠政策可以叠加享受。</p> | 其它格式 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

异常低价审查

|    |      |         |                |
|----|------|---------|----------------|
| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|---------|----------------|



|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价&lt;全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价&lt;最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p> | 报价表、分项报价明细表 |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

采购包2：

| 评审内容 | 评审标准                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成 | 技术部分100.00分（权重50.00%）<br>商务部分100.00分（权重20.00%）<br>报价得分100.00分（权重30.00%） |

| 评审因素<br>分类   | 评审内容         | 具体标准和要求                                                                                                                                                                                                                                      | 分值      | 客观/主观 | 关联投标（响应）文<br>件格式文件 |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|
| 技术评审<br>（明标） | 满足招标文件技术要求程度 | 所投产品技术参数及配置符合招标文件要求无负偏离的计60分；重要技术参数（标“▲”参数）有负偏离的，每一项扣10分，扣完为止；一般技术参数（非“★”及非“▲”参数）有负偏离的，每一项扣6分，扣完为止。注：①负偏离包括但不限于：缺漏项、技术参数不明、配置不详等。②技术要求中标注▲的重要参数条款或标明要求提供证明材料的条款，应当提供证明材料，未按要求提供的视同负偏离。                                                       | 60.0000 | 客观    | 其它格式<br>技术参数响应表    |
|              | 产品配置方案       | 投标人需提供包括但不限于以下材料，说明所投设备的性能、质量及配置完善性：①设备配置清单；②功能描述；③先进性介绍；④开放性与可扩充性介绍；⑤设备运行的稳定性介绍，方案内容完整符合要求的计20分，每出现一项缺漏项或不符合采购需求的扣4分，每有一项有标题无实质性描述或有缺陷的扣2分，不提供不得分。缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。 | 20.0000 | 主观    | 其它格式<br>其他材料       |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |                    |

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |              |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|
|      | 培训方案   | 培训方案包括但不限于①培训专员安排、②设备的原理及设备技术性能培训③操作维护方法及排除故障、④培训方法、培训时间安排和次数等，方案完善且完全满足用户的需求得20分，每出现一项缺漏或不符合采购需求的扣5分，每有一项有标题无实质性描述或有缺陷的扣2分，不提供不得分。缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。                 | 20.0000 | 主观 | 其它格式<br>其他材料 |
| 商务评审 | 业绩     | 近三年内（投标截止时间前 36 个月），提供所投产品同品牌医用磁共振的终端销售业绩，每提供一个业绩计10分，最高计50分（须提供合同复印件或中标通知书，否则不计分）。                                                                                                                                                          | 50.0000 | 客观 | 其它格式<br>其他材料 |
|      | 售后服务方案 | 售后服务方案包含但不限于①零配件的储备、②保修期外维修方案及维修响应时间、③售后服务机构和维修人员队伍、④设备故障的解决方案、⑤应急维修预案等，方案内容完全符合本采购文件采购需求的计50分，每出现一项方案缺漏或不符合采购需求的扣10分，每有一项有标题无实质性描述或有缺陷的扣5分，不提供不得分。缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 50.0000 | 主观 | 其它格式<br>其他材料 |
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |              |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |    |                |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------|
| 价格分 | 合计 | 报价得分=(评审基准价／评审报价)<br>$\times 100 \times$ 价格权重。满足采购文件<br>要求且评审报价最低的为基准价，<br>因落实政府采购政策进行价格调整<br>的，以调整后的价格计算基准价和<br>评审报价。注：若报价形式为总价<br>、单价、折扣、上浮率时，评审报<br>价=投标报价，扣除价=评审报价 $\times$<br>扣除比例=投标报价 $\times$ 扣除比例，<br>扣除后评审报价=评审报价-扣除价<br>=投标报价 $\times$ （1-扣除比例）。 | 100.000<br>0 | 客观 | 分项报价明细表<br>报价表 |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------|

附加分

| 序号 | 加分类型 | 评审内容 | 分值 | 客<br>观/<br>主<br>观 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文<br>件格式文件 |
|----|------|------|----|-------------------|---------|--------------------|
| 无  |      |      |    |                   |         |                    |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容              | 适用情形              | 扣除比例<br>(C1) | 具体标准和要求                                                                                                                                                           | 关联投标（响应）文<br>件格式文件                          |
|----|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 10.00%       | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。<br>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。<br>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 其它格式<br>中小企业声明函<br>残疾人福利性单位声明函<br>监狱企业的证明文件 |

|   |          |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； 注：扶持中小企业发展的优惠政策、支持本国产品的优惠政策可以叠加享受。</p> | 其它格式 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

异常低价审查

|    |      |         |                |
|----|------|---------|----------------|
| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|---------|----------------|

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即合计响应报价&lt;全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即合计响应报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。（3）合计响应报价低于最高限价65%的，即合计响应报价&lt;最高限价×65%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p> | 分项报价明细表、报价表 |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

是否涉及本国产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称  | 标的名称  | 产品名称  | 本国产品建议成本占比（%） |
|----|---------|-------|-------|---------------|
| 1  | 医用磁共振设备 | MR机器2 | MR机器2 | 80%           |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称  | 标的名称   | 产品名称   | 本国产品建议成本占比（%） |
|----|---------|--------|--------|---------------|
| 1  | 医用磁共振设备 | 关节用磁共振 | 关节用磁共振 | 80%           |

是否涉及样品演示：

采购包1：本采购包不涉及样品评审。

采购包2：本采购包不涉及样品评审。

## 第五章 采购需求

### 第一节 采购清单一览表

- 1、采购项目名称： 医用核磁共振设备一批项目
- 2、政府采购编号： CGXM20264300000000968
- 3、采购代理编号： HNSZJZ202600247
- 4、采购项目预算： 46,500,000.00元
- 5、采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）：41,000,000.00

采购包最高限价（元）：17,000,000.00

| 序号 | 标的名称  | 单价            | 数量（<br>计量单位） | 标的金<br>额（<br>元） | 所<br>属<br>行<br>业 | 是否<br>核心<br>产品 | 是否允<br>许进口<br>产品 | 是否涉及优先<br>采购环境标志<br>产品 | 是否属于本国<br>产品标准适用<br>范围 | 是否涉及<br>强制节能<br>产品 |
|----|-------|---------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | MR机器2 | 41,000,000.00 | 1.00（<br>批）  | 41,000,000.00   | 工业               | 是              | 否                | 否                      | 是                      | 否                  |

采购包2：

采购包预算金额（元）：5,500,000.00

采购包最高限价（元）：5,500,000.00

| 序号 | 标的名称           | 单价           | 数量（<br>计量单位） | 标的金<br>额（元）  | 所<br>属<br>行<br>业 | 是否<br>核心<br>产品 | 是否允<br>许进口<br>产品 | 是否涉及优先采<br>购环境标志产品 | 是否属于本国产<br>品标准适用范围 | 是否涉及强<br>制节能产品 |
|----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1  | 关节<br>用磁<br>共振 | 5,500,000.00 | 1.00（<br>批）  | 5,500,000.00 | 工业               | 是              | 否                | 否                  | 是                  | 否              |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人（含服务中有货物的）应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

6、强制节能产品：上表“是否为强制节能产品”栏中标注“是”的为强制节能产品，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

7、最高限价：投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报



价不得超过最高限价。

第二节 报价要求

采购包1：

| 价款形式              | 报价模式                                |
|-------------------|-------------------------------------|
| 总价<br>评审认定价和合同总价。 | 报价表<br>按照每项报价内容分别报价，按照分项或者汇总报价进行评审。 |

报价说明：1、本表须按包填写，一个“包号”一份。2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。5、“其他内容”招标文件规定的

采购包2：

| 价款形式              | 报价模式                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 总价<br>评审认定价和合同总价。 | 报价表+报价明细表（附件上传）<br>按照每项报价内容分别报价并以附件形式提供分项报价的明细，按照分项或者汇总报价进行评审。 |

报价说明：1、本表须按包填写，一个“包号”一份。2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。5、“其他内容”招标文件规定的

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

第三节 技术、商务及其他要求

一、项目名称： 医用核磁共振设备一批项目

二、项目内容（范围）：

医用核磁共振设备一批

三、技术要求

采购包1：

标的名称：MR机器2

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|      |    |        |           |

|   |    |                       |                                                                                      |
|---|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1  | M<br>R<br>机<br>器<br>2 | 一、技术要求                                                                               |
|   | 2  |                       | 1.总体要求：需提供高端3.0T磁共振机型。                                                               |
|   | 3  |                       | 2、磁体系统                                                                               |
| ★ | 4  |                       | ★2.1.磁体强度：≥3.0T                                                                      |
| ★ | 5  |                       | ★2.2病人检查孔径≥70cm                                                                      |
|   | 6  |                       | 2.3.磁体类型：超导磁体，全身通用型                                                                  |
|   | 7  |                       | 2.4.磁体、梯度和射频系统为原厂生产，与磁共振厂家同一品牌                                                       |
| ▲ | 8  |                       | ▲2.5.磁体重量（含液氦）：≥5000kg                                                               |
| ▲ | 9  |                       | ▲2.6.净磁体长度（不含外壳）：≤172cm                                                              |
|   | 10 |                       | 2.7.具备抗外界电磁干扰屏蔽技术                                                                    |
|   | 11 |                       | 2.8.匀场方式：主动匀场+被动匀场+动态匀场                                                              |
|   | 12 |                       | 2.9.液氦消耗量(正常使用情况下)：零液氦消耗                                                             |
|   | 13 |                       | 2.10.磁场稳定度：<0.1ppm/h                                                                 |
|   | 14 |                       | 2.10.磁场均匀度（典型值）：                                                                     |
|   | 15 |                       | 2.10.1.50cm DSV≤2.3ppm                                                               |
|   | 16 |                       | 2.10.2.40cm DSV≤0.33ppm                                                              |
|   | 17 |                       | 2.10.3.30cm DSV≤0.09ppm                                                              |
|   | 18 |                       | 2.10.4.20cm DSV≤0.02ppm                                                              |
|   | 19 |                       | 2.10.5.10cm DSV≤0.003ppm                                                             |
|   | 20 |                       | 2.11. 5高斯磁力线轴向范围：≤5.0m                                                               |
| ▲ | 21 |                       | ▲2.12. 5高斯磁力线径向范围：≤2.8m                                                              |
|   | 22 |                       | 2.13. 液氦腔最大容积≤1600L                                                                  |
|   | 23 |                       | 3.梯度系统                                                                               |
| ▲ | 24 |                       | ▲3.1.单轴最大梯度场强（X/Y/Z轴，非等效值/非Peak值/非Performance值，且最大单轴梯度场强度与最大单轴梯度切换率需能同时达到）≥60mT/m    |
|   | 25 |                       | 3.2.单轴最大梯度切换率（X/Y/Z轴，非等效值/非Peak值/非Performance值，且最大单轴梯度场强度与最大单轴梯度切换率需能同时达到）：≥200T/m/s |
|   | 26 |                       | 3.3.工作周期中的最大占空比：100%                                                                 |
|   | 27 |                       | 3.4.梯度工作方式：非共振式                                                                      |
|   | 28 |                       | 3.5.梯度线圈冷却：水冷                                                                        |
|   | 29 |                       | 3.6.梯度放大器冷却：水冷                                                                       |
|   | 30 |                       | 3.7. 单轴梯度功率放大器峰值电流≥1000A                                                             |
|   | 31 |                       | 3.8.单轴梯度功率放大器峰值电压≥2250V                                                              |
| ★ | 32 |                       | ★3.9.单轴梯度功率放大器功率≥2.4MW                                                               |
|   | 33 |                       | 3.10.梯度控制技术：全数字实时发射接收                                                                |

|   |    |                                                                                                                            |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 34 | 4.射频发射&射频接收线圈系统                                                                                                            |
| ▲ | 35 | ▲4.1.射频系统通道数≥168通道或无限通道                                                                                                    |
|   | 36 | 4.2.射频发射带宽：≥500KHz                                                                                                         |
|   | 37 | 4.3.射频发射功率：≥36kW                                                                                                           |
| ▲ | 38 | ▲4.4.扫描床上线圈接口数量：≥6个                                                                                                        |
|   | 39 | 4.5.正交发射/接收体线圈：具备                                                                                                          |
|   | 40 | 4.6.头颈联合线圈≥20通道                                                                                                            |
|   | 41 | 4.7.体部组合线圈≥30通道                                                                                                            |
|   | 42 | 4.8.全脊柱线圈≥32通道                                                                                                             |
|   | 43 | 4.9.原厂大号柔软线圈≥18通道                                                                                                          |
|   | 44 | 4.10.原厂小号柔性线圈≥18通道                                                                                                         |
|   | 45 | 4.11.原厂肩关节专用线圈≥16通道                                                                                                        |
|   | 46 | 4.12.原厂膝关节专用线圈≥18通道                                                                                                        |
|   | 47 | 4.13.射频接收带宽：≥1MHz                                                                                                          |
|   | 48 | 5.计算机系统                                                                                                                    |
|   | 49 | 5.1.主控计算机操作系统：各品牌最新操作系统                                                                                                    |
|   | 50 | 5.2.CPU位数：≥64位                                                                                                             |
|   | 51 | 5.3.CPU主频：≥3.5GHz                                                                                                          |
|   | 52 | 5.4.主内存：≥64GB                                                                                                              |
|   | 53 | 5.5.显示器：≥24英寸彩色LCD                                                                                                         |
|   | 54 | 5.6.显示器分辨率：≥1920×1200                                                                                                      |
|   | 55 | 5.7.硬盘容量：≥480GB                                                                                                            |
|   | 56 | 5.8.图像重建速度(256×256)：≥70000幅/秒                                                                                              |
| ▲ | 57 | ▲6.具备最新的深度学习重建平台技术（如：飞利浦需提供Smart speed技术平台，GE需提供Air Recon技术平台，西门子需提供Deep Resolve技术平台，联影需提供Deep Recon技术平台，其他厂家机型需提供类似技术平台。） |
|   | 58 | 7.患者扫描环境                                                                                                                   |
|   | 59 | 7.1.患者扫描床垂直移动时最大承重：≥250Kg                                                                                                  |
|   | 60 | 7.2.患者扫描床水平最大进床速度：≥20cm/s                                                                                                  |
|   | 61 | 7.3.患者扫描床最低位置：≤55cm                                                                                                        |
|   | 62 | 7.4.具备双侧床旁扫描控制系统                                                                                                           |
|   | 63 | 7.5.具备无磁患者监视系统                                                                                                             |
|   | 64 | 7.6.具备双向病人通话系统                                                                                                             |
|   | 65 | 7.7.具备一键定位功能，无需激光灯                                                                                                         |
|   | 66 | 7.8.自动识别扫描线圈、自动步进患者扫描床                                                                                                     |
|   | 67 | 7.9.具备患者专用防磁耳机、呼叫按钮                                                                                                        |
|   | 68 | 7.10.具备特定吸收率SAR实时连续监控显示装置                                                                                                  |
|   | 69 | 8.扫描参数                                                                                                                     |
| ▲ | 70 | ▲8.1.X、Y轴最大FOV成像：≥55cm                                                                                                     |

|  |     |                                    |
|--|-----|------------------------------------|
|  | 71  | 8.2.Z轴最大FOV成像：≥50cm                |
|  | 72  | 8.3.最小FOV成像：≤5mm                   |
|  | 73  | 8.4.二维最薄扫描层厚：≤0.1mm                |
|  | 74  | 8.5.三维最薄扫描层厚：≤0.05mm               |
|  | 75  | 8.6.最大采集矩阵：≥1024×1024              |
|  | 76  | 8.7.快速自旋回波最短TR（256*256矩阵）：≤7.0ms   |
|  | 77  | 8.8.快速自旋回波最短TE（256*256矩阵）：≤1.8ms   |
|  | 78  | 8.9.快速自旋回波最短TR（128*128矩阵）：≤5.0ms   |
|  | 79  | 8.10.快速自旋回波最短TE（128*128矩阵）：≤1.8ms  |
|  | 80  | 8.11.采集弥散加权系数B值：≥10000             |
|  | 81  | 8.12.快速自旋回波序列（FSE/TSE）最大回波链长度：≥512 |
|  | 82  | 8.13.EPI最大因子：≥256                  |
|  | 83  | 9.智能加速技术                           |
|  | 84  | 9.1.具备基于k-空间算法                     |
|  | 85  | 9.2.具备基于两个相位编码方向同时加速算法             |
|  | 86  | 9.3.并行采集加速因子：≥6                    |
|  | 87  | 9.4.并行采集技术全面兼容射频线圈                 |
|  | 88  | 9.5.具备并行采集自动校准技术                   |
|  | 89  | 9.6.并行采集因子施加方向：X、Y、Z轴三方向           |
|  | 90  | 9.7.具备半傅里叶采集技术                     |
|  | 91  | 9.8.具备部分回波技术                       |
|  | 92  | 9.9.具备压缩感知加速技术                     |
|  | 93  | 10.扫描技术与序列                         |
|  | 94  | 10.1.自旋回波序列                        |
|  | 95  | 10.1.1.具备2D/3D自旋回波序列               |
|  | 96  | 10.1.2.具备快速自旋回波序列回波分享技术            |
|  | 97  | 10.1.3.具备三维快速自旋回波序列                |
|  | 98  | 10.1.4.具备单次激发快速自旋回波序列              |
|  | 99  | 10.1.5.具备单次激发半傅里叶采集快速自旋回波序列        |
|  | 100 | 10.1.6.具备组织弛豫时间测量自旋回波序列            |
|  | 101 | 10.1.7.具备可选择角度的自旋回波序列              |
|  | 102 | 10.1.8.具备快速水脂分离技术                  |
|  | 103 | 10.2.反转恢复（IR）序列                    |
|  | 104 | 10.2.1.具备常规反转恢复序列                  |
|  | 105 | 10.2.2.具备快速自由水抑制序列                 |
|  | 106 | 10.2.3.具备快速自由水抑制序列T1W成像技术          |
|  | 107 | 10.2.4.具备快速自由水抑制序列T2W成像技术          |
|  | 108 | 10.2.5.具备快速反转恢复序列                  |
|  | 109 | 10.2.6.具备短TI反转回波水脂分离成像             |

|  |     |                                         |
|--|-----|-----------------------------------------|
|  | 110 | 10.2.7.备单独灰质、白质成像序列                     |
|  | 111 | 10.2.8.具备脂肪/水激发技术                       |
|  | 112 | 10.2.9.具备翻转恢复脂肪抑制序列                     |
|  | 113 | 10.3.梯度回波序列（2D/3D）                      |
|  | 114 | 10.3.1.具备多层面梯度回波                        |
|  | 115 | 10.3.2.具备2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术              |
|  | 116 | 10.3.3.具备多回波聚合序列，MEDIC或MERGE或m-FFE或类似技术 |
|  | 117 | 10.3.4.具备亚秒T1扫描序列（2D/3D）                |
|  | 118 | 10.3.5.具备亚秒T2扫描序列（2D/3D）                |
|  | 119 | 10.3.6.具备单次多平面梯度回波序列                    |
|  | 120 | 10.3.7.具备多回波梯度回波序列                      |
|  | 121 | 10.3.8.具备除剩余磁化梯度回波                      |
|  | 122 | 10.3.9.具备利用剩余磁化梯度回波                     |
|  | 123 | 10.3.10.具备重T2加权高对比序列                    |
|  | 124 | 10.4.平面回波(EPI)序列                        |
|  | 125 | 10.4.1.具备单次激发EPI序列                      |
|  | 126 | 10.4.2.具备多次激发EPI序列                      |
|  | 127 | 10.4.3.具备自旋回波EPI序列                      |
|  | 128 | 10.4.4.具备梯度回波EPI序列                      |
|  | 129 | 10.4.5.具备反转EPI序列                        |
|  | 130 | 10.5.水脂分离成像技术                           |
|  | 131 | 10.5.1.具备水脂分离成像                         |
|  | 132 | 10.5.2.具备水脂分离自旋回波技术                     |
|  | 133 | 10.5.3.具备水脂分离梯度回波技术                     |
|  | 134 | 11.体部成像技术                               |
|  | 135 | 11.1.具备肝脏T1加权3D高分辨动态成像                  |
|  | 136 | 11.2.具备多期体部动态增强扫描序列                     |
|  | 137 | 11.3.具备同相位/去相位水脂分离技术                    |
|  | 138 | 11.4.具备MR结肠造影技术（亮、暗腔）                   |
|  | 139 | 11.5.具备MR胰胆管造影技术(2D/3D)                 |
|  | 140 | 11.6.具备单次激发 2D/3D水成像                    |
|  | 141 | 11.7.具备呼吸导航技术                           |
|  | 142 | 11.8.具备自由呼吸3D水成像                        |
|  | 143 | 11.9.具备单次屏气多期高时间、高空间分辨率动态成像             |
|  | 144 | 11.10.具备MR尿路造影技术（2D/3D）                 |
|  | 145 | 11.11.具备全身弥散成像软件包                       |
|  | 146 | 11.12.具备一次扫描四种对比度扫描技术                   |
|  | 147 | 12.弥散成像技术                               |
|  | 148 | 12.1.具备实时弥散技术                           |

|  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
|  | 149 | 12.2.具备各向同性采集、各向异性采集        |
|  | 150 | 12.3.具备ADC值测量               |
|  | 151 | 12.4.具备ADC-map彩图            |
|  | 152 | 12.5.具备可选优化B值               |
|  | 153 | 12.6.散张量成像（DTI）：≥256方向      |
|  | 154 | 12.7.DTI弥散方向连续可调            |
|  | 155 | 12.8.具备白质纤维束成像              |
|  | 156 | 12.9.具备高清弥散成像技术             |
|  | 157 | 12.10.具备体部脏器弥散              |
|  | 158 | 12.11.具备超快速全身弥散成像（类PET扫描技术） |
|  | 159 | 13.灌注成像技术                   |
|  | 160 | 13.1.具备2D-EPI灌注成像           |
|  | 161 | 13.2.具备多层灌注成像               |
|  | 162 | 13.3.具备实时rCBV分析功能           |
|  | 163 | 13.4.具备实时TTP分析功能            |
|  | 164 | 13.5.具备实时MTT分析功能            |
|  | 165 | 13.6.具备时间信号曲线功能             |
|  | 166 | 13.7.具备彩色后处理功能              |
|  | 167 | 14.磁敏感成像技术                  |
|  | 168 | 14.1.可兼容并行采集                |
|  | 169 | 14.2.具备SWI实时磁矩图成像技术         |
|  | 170 | 14.3.具备SWI实时相位图成像技术         |
|  | 171 | 14.4.具备SWI原始图像成像技术          |
|  | 172 | 14.5.具备mMIP图像成像技术           |
|  | 173 | 14.6.具备3D动脉自旋标记成像（3D ASL）技术 |
|  | 174 | 15.神经系统成像技术                 |
|  | 175 | 15.1.具备全中枢神经系统成像            |
|  | 176 | 15.2.具备图像无缝拼接软件包            |
|  | 177 | 15.3.具备MR脊髓造影技术（2D/3D）      |
|  | 178 | 15.4.具备周围神经成像序列             |
|  | 179 | 15.5.具备高分辨率颈髓成像             |
|  | 180 | 15.6.具备高分辨率内耳三维成像           |
|  | 181 | 15.7.具备头部智能层面配准技术           |
|  | 182 | 16.心血管成像技术                  |
|  | 183 | 16.1.具备2D/3D时飞法(ToF)血管成像技术  |
|  | 184 | 16.2.具备相位对比(PC)血管成像技术       |
|  | 185 | 16.3.具备门控法ToF/PC血管成像技术      |
|  | 186 | 16.4.具备3D增强对比CE-MRA技术       |
|  | 187 | 16.5.具备实时成像技术               |

|  |     |  |                       |
|--|-----|--|-----------------------|
|  | 188 |  | 16.6.具备超快速血管造影成像技术    |
|  | 189 |  | 16.7.具备MTC技术          |
|  | 190 |  | 16.8.具备全身血管成像         |
|  | 191 |  | 16.9.具备对比剂实时跟踪触发技术    |
|  | 192 |  | 16.10.具备呼吸门控技术        |
|  | 193 |  | 16.11.具备外周门控技术        |
|  | 194 |  | 16.12.具备电影回放技术        |
|  | 195 |  | 16.13.具备最大强度投影技术      |
|  | 196 |  | 16.14.具备曲面重建技术        |
|  | 197 |  | 16.15.具备血管选择追踪图像处理    |
|  | 198 |  | 16.16.具备实时交互式血管图像处理   |
|  | 199 |  | 16.17.具备常规心脏形态学成像     |
|  | 200 |  | 16.18.具备心脏回波分享技术      |
|  | 201 |  | 16.19.具备快速梯度回波/快速心脏采集 |
|  | 202 |  | 16.20.具备黑血技术          |
|  | 203 |  | 16.21.具备亮血技术          |
|  | 204 |  | 16.22.具备正向心电触发        |
|  | 205 |  | 16.23.具备反向心电触发        |
|  | 206 |  | 16.24.具备二维/三维多相位成像    |
|  | 207 |  | 16.25.具备快速心脏电影        |
|  | 208 |  | 16.26.具备一站式心脏成像技术     |
|  | 209 |  | 17.骨关节成像技术            |
|  | 210 |  | 17.1.具备3D各向同性容积成像序列   |
|  | 211 |  | 17.2.具备水脂分离序列         |
|  | 212 |  | 17.3.具备关节容积成像         |
|  | 213 |  | 17.4.具备全脊柱成像          |
|  | 214 |  | 17.5.具备图像无缝拼接软件包      |
|  | 215 |  | 17.6.具备关节软骨成像         |
|  | 216 |  | 17.7.具备软骨生化成像         |
|  | 217 |  | 17.8.具备高级去金属伪影专用软件    |
|  | 218 |  | 18.波谱成像技术             |
|  | 219 |  | 18.1.具备头部波谱分析         |
|  | 220 |  | 18.2.具备乳腺波谱分析         |
|  | 221 |  | 18.3.具备前列腺波谱分析        |
|  | 222 |  | 18.4.具备自动匀场方式         |
|  | 223 |  | 18.5.具备手动匀场方式         |
|  | 224 |  | 18.6.具备自动水抑制技术        |
|  | 225 |  | 18.7.具备自动频谱分析         |
|  | 226 |  | 18.8.具备实时频谱分析及实时显示    |

|  |     |                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 227 | 18.9.具备高级频谱分析后处理软件                                                                                                                                                                                      |
|  | 228 | 18.10.具备2D和3D频谱成像                                                                                                                                                                                       |
|  | 229 | 18.11.具备单体素和多体素频谱成像                                                                                                                                                                                     |
|  | 230 | 18.12.具备代谢产物浓度分布彩图                                                                                                                                                                                      |
|  | 231 | 18.13.具备代谢产物比例地图                                                                                                                                                                                        |
|  | 232 | 18.14.具备半自动匀场方式                                                                                                                                                                                         |
|  | 233 | 18.15.具备快速频谱成像技术                                                                                                                                                                                        |
|  | 234 | 18.16.具备三维脑频谱成像                                                                                                                                                                                         |
|  | 235 | 18.17.具备化学位移成像(2D/3D CSI)                                                                                                                                                                               |
|  | 236 | 19.独立MR后处理工作站                                                                                                                                                                                           |
|  | 237 | 19.1.具备MIP,MPR,SSD等功能                                                                                                                                                                                   |
|  | 238 | 19.2.具备DICOM图像转换成JPG格式                                                                                                                                                                                  |
|  | 239 | 19.3.具备图像分析系统（测量、反转、滤波）                                                                                                                                                                                 |
|  | 240 | 19.4.具备工作站控制照相                                                                                                                                                                                          |
|  | 241 | 19.5.具备图像管理                                                                                                                                                                                             |
|  | 242 | 19.6.具备联网图像传输                                                                                                                                                                                           |
|  | 243 | 19.7.具备Dicom3.0软硬接口 并负责连接                                                                                                                                                                               |
|  | 244 | 20.精密空调：1套                                                                                                                                                                                              |
|  | 245 | 20.1制冷量 $\geq 35\text{KW}$ ；显热比 $\geq 0.97$ ；风量 $\geq 11500\text{m}^3/\text{h}$ ；加热功率 $\geq 15\text{KW}$ ；压缩机数量：2；温度控制 $\pm 1^\circ\text{C}$ 、湿度控制30%-60% $\pm 1$ ；加湿量 $\geq 5\text{kg/h}$ -15kg/h (可调) |
|  | 246 | 21.水冷机：1套                                                                                                                                                                                               |
|  | 247 | 21.1制冷量 $\geq 84\text{KW}$ ；冷水流量 $\geq 0.5\text{-}12\text{m}^3/\text{h}$ （可调）；压缩机数量：2；温度控制 $\pm 1^\circ\text{C}$ 、湿度控制30%-60% $\pm 1$ ；加湿量 $\geq 5\text{kg/h}$ -15kg/h (可调)                             |
|  | 248 | 21.2水箱容积 $\geq 100\text{L}$ ；具备温度控制、流量监测、故障报警及安全保护功能。                                                                                                                                                   |
|  | 249 | 22. 附属配套设备                                                                                                                                                                                              |
|  | 250 | 22.1.机房装修与屏蔽                                                                                                                                                                                            |
|  | 251 | 22.2.无磁轮椅、无磁转运床、无磁输液架：各1套                                                                                                                                                                               |
|  | 252 | 22.3.磁共振专用高压注射器：2套                                                                                                                                                                                      |
|  | 253 | 22.3.1注射通道数： $\geq 3$ 通道，造影剂 $\times 2$ （手动或自动切换），生理盐水 $\times 1$ ，注射速度：0.1- 8 m L/s，步长0.1mL/s，注射量：1-400ml，步进0.1mL。                                                                                     |
|  | 254 | 22.3.2压力范围：50 - 280 psi，步长1psi，压力曲线：实时显示注射压力。                                                                                                                                                           |
|  | 255 | 22.3.3气泡监测：注射过程中检测到气泡时，注射装置应立即停止注射，并发出声光或屏幕报警提示。气泡检测性能应符合所投产品适用的国家、行业标准及注册技术要求，可屏幕显示气泡所在位置；控制台显示屏可不同颜色显示造影剂、生理盐水和气泡的状态和位置。                                                                              |
|  | 256 | 22.3.4注射液传输方式：滚子泵，单向传输，无需针筒，在试注射后，可自动填充内管和病人端外管造影剂。                                                                                                                                                     |
|  | 257 | 22.3.5注射器主体采用无磁材料，电机及驱动电路采用磁屏蔽技术，可以与磁共振设备兼容                                                                                                                                                             |
|  | 258 | 22.3.6连接管内管为市场上的通用耗材，非专机专用耗材                                                                                                                                                                            |
|  | 259 | 22.4.铁磁探测系统：1套                                                                                                                                                                                          |



|   |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 260 |  | 22.4.1安装方式：安装于需要进行铁磁物质检测的区域，门框式外挂安装，提供专利证明文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 261 |  | 22.4.2探测方式：实时检测是否带磁性物质/铁磁质的非金属物体/植入人体内的铁磁质物体功能，如心脏起搏器、人工金属瓣膜、人工血管瘤夹、胰岛素泵等。对带铁磁性物质报警，非磁性物质不报警。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 262 |  | 22.5.影像教学系统：1套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 263 |  | 22.5.1硬件要求：≥27英寸触摸屏，分辨率：≥1920×1080，最大亮度：≥1000cd/m2。视角：≥178°，内存：≥8GB，存储：≥64GB，摄像头：≥800W（前置），内置扫描仪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 264 |  | 22.5.2教学病例库：支持题库总量≥40000道；支持提供国际题库，题库数量≥1000道。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 265 |  | 22.5.3过程化教学系统：支持轮转科室顺序展示，支持入科、中期、出科考试。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 266 |  | 22.5.4考试系统：支持考试安排、查询、复习等功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 267 |  | 22.5.5竞赛系统：支持报名、项目选择、成绩查询、展示等功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 268 |  | 22.6.MR机房专用灭火设施：1套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 269 |  | 22.7.磁共振用消毒机：1台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 270 |  | 22.8.心肺复苏体模：2套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ★ | 271 |  | ★二、配置要求（提供承诺函即可，无需提供技术支持资料） 1.3.0T磁共振主机1套（含磁体、梯度、射频、计算机系统等核心部件） 2.原厂线圈需包含：头颈联合线圈、体部组合线圈、全脊柱线圈、大号柔软线圈、小号柔性线圈、肩关节专用线圈、膝关节专用线圈、正交发射/接收体线圈各1套 3.后处理工作站1套 附属设备： 4.1. 无磁轮椅、无磁转运床、无磁输液架各1套 4.2. 磁共振专用高压注射器2套（三通道，含造影剂及生理盐水通道） 4.3. 铁磁探测系统1套（含智能交互终端、联动报警及分段定位功能） 4.4. 影像教学系统1套（含触摸屏硬件及教学考试软件） 4.5. MR机房专用灭火设施1套 4.6. 磁共振用消毒机1台 4.7. 心肺复苏体模2套 5.水冷机1套（制冷量≥84kW，含内置水箱及废热回收功能） 6.精密空调1套（制冷量≥35kW，显热比≥0.97，双压缩机） 7.机房的屏蔽和装修 |

采购包2：

标的名称：关节用磁共振

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                         |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 关节用磁共振 | 一、技术要求                                                            |
| ▲    | 2  |        | ▲总体要求：为保证技术先进性和技术平台前沿性，各投标人须提供的机型NMPA首次注册时间（变更注册无效）应为2022年1月1日之后。 |

|   |    |                                                              |
|---|----|--------------------------------------------------------------|
|   | 3  | 1磁体类型 超导磁体                                                   |
|   | 4  | 1.1.1磁场强度 3.0T                                               |
|   | 5  | 1.1.2病人检查孔径 $\geq 60\text{cm}$                               |
|   | 6  | 1.2 中心共振频率 $\geq 127\text{MHz}$                              |
|   | 7  | 1.3 屏蔽方式                                                     |
|   | 8  | 1.3.1具备主动屏蔽                                                  |
|   | 9  | 1.3.2具备被动屏蔽                                                  |
|   | 10 | 1.4 匀场方式 主动匀场+被动匀场                                           |
|   | 11 | 1.5 磁体类型 正常使用零液氦消耗                                           |
|   | 12 | 1.6 冷头类型4K冷头                                                 |
|   | 13 | 1.7 液氦容量 $\leq 1400\text{升}$                                 |
|   | 14 | 1.8 5高斯磁场范围（轴向） $\leq 4.7\text{米}$                           |
|   | 15 | 1.9 5高斯磁场范围（径向） $\leq 2.6\text{米}$                           |
|   | 16 | 1.10磁场均匀度 典型值，提供技术白皮书证明。                                     |
| ▲ | 17 | ▲1.10.1 50cm DSV $\leq 1.30\text{ppm}$                       |
|   | 18 | 1.10.2 40cm DSV $\leq 0.14\text{ppm}$                        |
|   | 19 | 1.10.3 30cm DSV $\leq 0.03\text{ppm}$                        |
|   | 20 | 1.10.4 20cm DSV $\leq 0.02\text{ppm}$                        |
|   | 21 | 1.10.5 10cm DSV $\leq 0.002\text{ppm}$                       |
|   | 22 | 1.11磁场稳定度 $\leq 0.1\text{ppm/h}$                             |
|   | 23 | 1.12匀场通道数 $\geq 8$                                           |
|   | 24 | 1.13具备一阶匀场                                                   |
|   | 25 | 1.14具备非线性高阶匀场                                                |
| ▲ | 26 | ▲1.15 磁体长度（不含外壳） $\leq 168\text{cm}$                         |
|   | 27 | 1.16具备自动监控液氦水平技术                                             |
|   | 28 | 2 梯度系统                                                       |
|   | 29 | 2.1 具备梯度线圈冷却功能                                               |
| ▲ | 30 | ▲2.2最大单轴梯度场强（X 轴、Y 轴、Z 轴，非有效值，非Peak 峰值） $\geq 45\text{mT/m}$ |
|   | 31 | 2.3 最大单轴梯度切换率（X 轴、Y 轴、Z 轴，非有效值） $\geq 200\text{mT/m/ms}$     |
|   | 32 | 2.4 支持最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到                          |
| ▲ | 33 | ▲2.5 梯度单轴最快最短爬升时间 $\leq 0.225\text{ms}$                      |
|   | 34 | 2.6 具备梯度放大器冷却功能                                              |
|   | 35 | 2.7 全数字化梯度控制技术方式及说明                                          |
|   | 36 | 2.8 具备软件及硬件降噪技术                                              |
|   | 37 | 3 射频系统                                                       |
|   | 38 | 3.1 具备多源射频发射技术                                               |
|   | 39 | 3.2 射频功率放大器功率 $\geq 36\text{KW}$                             |
|   | 40 | 3.3 独立射频放大器个数 $\geq 2$                                       |
|   | 41 | 3.4 并行采集技术平台                                                 |

|   |    |  |                                                                                   |
|---|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 42 |  | 3.5 每通道同时并行采样最大接收带宽 $\geq 1\text{MHz}$                                            |
| ▲ | 43 |  | ▲3.6射频发射带宽 $\geq 1\text{MHz}$                                                     |
|   | 44 |  | 3.7 射频幅度采样分辨率（幅值精度） $\geq 16\text{bits}$                                          |
|   | 45 |  | 3.8 射频相位采样分辨率（相位精度） $\geq 16\text{bits}$                                          |
|   | 46 |  | 3.9 线圈类型 一体化相控阵线圈，具备发射接收体线圈                                                       |
|   | 47 |  | 3.9.1头颈联合线圈 $\geq 32$ 通道，原厂非组合                                                    |
| ▲ | 48 |  | ▲3.9.2全脊柱线圈 $\geq 32$ 通道，原厂非组合                                                    |
|   | 49 |  | 3.9.3体部线圈 一体化线圈技术， $\geq 16$ 通道，覆盖范围 $\geq 55\text{cm} \times 40\text{cm}$ 。提供2片。 |
|   | 50 |  | 3.9.4膝关节专用线圈 $\geq 16$ 通道                                                         |
|   | 51 |  | 3.9.5肩关节专用线圈 $\geq 8$ 通道                                                          |
|   | 52 |  | 3.9.6乳腺线圈 $\geq 8$ 通道                                                             |
|   | 53 |  | 4 静音平台                                                                            |
|   | 54 |  | 4.1 具备系统硬件静音技术                                                                    |
|   | 55 |  | 4.2 具备静音扫描技术                                                                      |
|   | 56 |  | 5 操作台、扫描床及环境调节系统                                                                  |
|   | 57 |  | 5.1 患者床传动方式 纵向自动步进与退出，扫描部位到达磁体中心                                                  |
|   | 58 |  | 5.2 患者床床面最低高度 $\leq 52\text{cm}$                                                  |
|   | 59 |  | 5.3 垂直移动时扫描床最大承重 $\geq 250\text{kg}$                                              |
|   | 60 |  | 5.4 定位方式 激光定位                                                                     |
|   | 61 |  | 5.5 具备定位液晶显示屏                                                                     |
|   | 62 |  | 5.6 扫描床移动精度 $\leq \pm 0.5\text{mm}$                                               |
|   | 63 |  | 5.7 具备磁体床旁双侧扫描控制面板                                                                |
|   | 64 |  | 5.7.1支持可双侧紧急暂停进床                                                                  |
|   | 65 |  | 5.7.2具备磁体内缓解患者情绪的人性化功能                                                            |
|   | 66 |  | 5.8 支持自动线圈选择                                                                      |
|   | 67 |  | 5.9 支持自动步进扫描床                                                                     |
|   | 68 |  | 5.10具备足先进扫描模式                                                                     |
|   | 69 |  | 5.11具备磁体间摄像头和监视器                                                                  |
|   | 70 |  | 5.12具备心电门控、呼吸门控                                                                   |
|   | 71 |  | 5.13具备一次摆位完成全部线圈扫描功能                                                              |
|   | 72 |  | 5.14支持线圈组合扫描                                                                      |
|   | 73 |  | 5.15同时采集线圈数 $\geq 4$                                                              |
|   | 74 |  | 5.16线圈接口数目 $\geq 6$                                                               |
|   | 75 |  | 6计算机系统                                                                            |
|   | 76 |  | 6.1 计算机类型专业图形专用工作站                                                                |
|   | 77 |  | 6.2 操作系统 Windows 10以上操作系统                                                         |
|   | 78 |  | 6.3 操作软件语言 多语言切换                                                                  |
|   | 79 |  | 6.4 显示器 $\geq 24$ 英寸液晶显示器 $1920 \times 1200$                                      |

|  |     |                                                                |
|--|-----|----------------------------------------------------------------|
|  | 80  | 6.5 网络和相机接口 有DICOM3.0标准接口，可与PACS系统，工作站等所有具备开放式DICOM3.0接口设备做到联网 |
|  | 81  | 6.6 Worklist功能 具备                                              |
|  | 82  | 6.7 图像重建速度 $\geq 30000$ 幅/秒（ $256 \times 256$ 矩阵）              |
|  | 83  | 7 临床成像参数                                                       |
|  | 84  | 7.1 最大视野 $\geq 500\text{mm}$                                   |
|  | 85  | 7.2 最小层厚2D层厚 $\leq 0.1\text{mm}$                               |
|  | 86  | 7.3 最小层厚3D层厚 $\leq 0.05\text{mm}$                              |
|  | 87  | 8 扫描序列及成像技术                                                    |
|  | 88  | 8.1 自旋回波                                                       |
|  | 89  | 8.1.1具备自旋回波T1加权像                                               |
|  | 90  | 8.1.2具备自旋回波质子密度加权像                                             |
|  | 91  | 8.1.3具备快速自旋回波T2加权像                                             |
|  | 92  | 8.1.4具备快速自旋回波重T2加权像                                            |
|  | 93  | 8.1.5具备快速自旋回波质子密度加权像                                           |
|  | 94  | 8.1.6具备2D/3D快速自旋回波                                             |
|  | 95  | 8.1.7具备自旋回波频率脂肪饱和                                              |
|  | 96  | 8.1.8具备单次激发快速自旋回波                                              |
|  | 97  | 8.1.9具备可变角度自旋回波                                                |
|  | 98  | 8.1.10具备双对比度自旋回波                                               |
|  | 99  | 8.2 反转恢复                                                       |
|  | 100 | 8.2.1具备反转恢复序列IR脂肪抑制                                            |
|  | 101 | 8.2.2具备反转恢复序列IR水抑制                                             |
|  | 102 | 8.2.3具备快速自由水抑制技术(FLAIR)                                        |
|  | 103 | 8.2.4具备快速自由水抑制T1W成像(T1 FLAIR)                                  |
|  | 104 | 8.2.5具备快速自由水抑制T2W成像(T2 FLAIR)                                  |
|  | 105 | 8.2.6具备快速反转恢复序列脂肪、水抑制                                          |
|  | 106 | 8.2.7具备反转恢复重T1加权像                                              |
|  | 107 | 8.2.8具备单次激发快速反转恢复序列                                            |
|  | 108 | 8.3 梯度回波                                                       |
|  | 109 | 8.3.1具备梯度回波T1加权像                                               |
|  | 110 | 8.3.2具备梯度回波T2*加权像                                              |
|  | 111 | 8.3.3具备快速扰相梯度回波                                                |
|  | 112 | 8.3.4具备快速聚相梯度回波                                                |
|  | 113 | 8.3.5具备屏息扰相梯度回波                                                |
|  | 114 | 8.3.6具备3D快速扰相梯度回波                                              |
|  | 115 | 8.3.7具备3D快速重聚相梯度回波                                             |
|  | 116 | 8.3.8具备平衡稳态自由进动梯度回波                                            |
|  | 117 | 8.3.9具备可变角度梯度回波                                                |

|  |     |  |                          |
|--|-----|--|--------------------------|
|  | 118 |  | 8.3.10具备同相/反相梯度回波        |
|  | 119 |  | 8.3.11具备三维快速扰相梯度回波       |
|  | 120 |  | 8.3.12具备对比增强血管成像梯度回波     |
|  | 121 |  | 8.3.13具备时间飞跃法梯度回波        |
|  | 122 |  | 8.3.14具备相位对比梯度回波         |
|  | 123 |  | 8.3.15具备多回波合并的梯度回波       |
|  | 124 |  | 8.4 具备平面回波               |
|  | 125 |  | 8.4.1具备单次激发EPI           |
|  | 126 |  | 8.4.2具备多次激发EPI           |
|  | 127 |  | 8.4.3具备自旋回波EPI           |
|  | 128 |  | 8.4.4具备反转恢复EPI           |
|  | 129 |  | 8.4.5具备梯度回波EPI           |
|  | 130 |  | 8.4.6具备高分辨率EPI           |
|  | 131 |  | 8.5 并行采集技术               |
|  | 132 |  | 8.5.1具备SENSE加速           |
|  | 133 |  | 8.5.2具备GRAPPA加速          |
|  | 134 |  | 8.5.3具备自动校准技术            |
|  | 135 |  | 8.6 快速采集技术               |
|  | 136 |  | 8.6.1具备半傅里叶采集            |
|  | 137 |  | 8.6.2具备部分编码采集            |
|  | 138 |  | 8.6.3具备矩形视野采集            |
|  | 139 |  | 8.6.4具备部分回波采集            |
|  | 140 |  | 8.7 伪影校正技术               |
|  | 141 |  | 8.7.1具备流动补偿              |
|  | 142 |  | 8.7.2具备呼吸补偿              |
|  | 143 |  | 8.7.3具备卷折伪影去除            |
|  | 144 |  | 8.7.4具备区域饱和技术            |
|  | 145 |  | 8.7.5具备自旋回波运动伪影消除技术      |
|  | 146 |  | 8.7.6具备图像滤波增强            |
|  | 147 |  | 8.7.7具备K空间降噪技术           |
|  | 148 |  | 8.7.8具备环形伪影抑制技术          |
|  | 149 |  | 8.8 脂肪抑制技术               |
|  | 150 |  | 8.8.1具备频率选择脂肪饱和法         |
|  | 151 |  | 8.8.2具备精准频率选择脂肪饱和法       |
|  | 152 |  | 8.8.3具备频谱激发技术            |
|  | 153 |  | 8.8.4具备STIR技术            |
|  | 154 |  | 8.8.5具备基于反转恢复的回波平面成像序列技术 |
|  | 155 |  | 8.8.6具备水脂分离成像            |
|  | 156 |  | 8.8.7具备多层块多角度片层定位技术      |

|  |     |                                       |
|--|-----|---------------------------------------|
|  | 157 | 8.8.8具备同反相位梯度回波技术                     |
|  | 158 | 8.9 空间饱和技术                            |
|  | 159 | 8.9.1具备自由饱和带                          |
|  | 160 | 8.9.2具备平行饱和带                          |
|  | 161 | 8.9.3具备追踪饱和带                          |
|  | 162 | 8.9.4具备图形交互式饱和带定位                     |
|  | 163 | 8.9.5具备图像质量保真技术                       |
|  | 164 | 8.9.6具备多通道合并技术                        |
|  | 165 | 8.9.7具备变形校正                           |
|  | 166 | 8.9.8具备高级均一化校正                        |
|  | 167 | 8.9.9具备图像滤波                           |
|  | 168 | 8.9.10具备图像插值                          |
|  | 169 | 8.10 其它标准扫描技术                         |
|  | 170 | 8.10.1具备顺序、交错片层采集                     |
|  | 171 | 8.10.2具备可变采样带宽                        |
|  | 172 | 8.10.3具备采样增益可调节                       |
|  | 173 | 8.10.4具备频率偏移                          |
|  | 174 | 8.10.5具备负间距                           |
|  | 175 | 8.10.6具备图形交互式扫描平面计划                   |
|  | 176 | 8.10.7具备自动线圈选择                        |
|  | 177 | 8.10.8具备2D/3D工具和后处理                   |
|  | 178 | 8.10.9具备过采样技术                         |
|  | 179 | 9 临床应用软件包                             |
|  | 180 | 9.1 具备标准临床应用软件包                       |
|  | 181 | 9.2 具备神经临床应用软件包                       |
|  | 182 | 9.3 具备体部临床应用软件包                       |
|  | 183 | 9.4 具备肿瘤临床应用软件包                       |
|  | 184 | 9.5 具备乳腺临床应用软件包                       |
|  | 185 | 9.6 具备骨关节临床应用软件包                      |
|  | 186 | 9.7 具备血管临床应用软件包                       |
|  | 187 | 9.8 具备脊柱临床应用软件包                       |
|  | 188 | 9.9 具备胎儿临床应用软件包                       |
|  | 189 | 9.10具备儿童临床应用软件包                       |
|  | 190 | 10高级临床应用软件包及后处理                       |
|  | 191 | 10.1具备压缩感知技术（提供压缩感知全身成像技术），提供技术白皮书证据。 |
|  | 192 | 10.2具备DIXON水脂分离成像                     |
|  | 193 | 10.3具备静音扫描技术                          |
|  | 194 | 10.4具备多回波合并的梯度回波序列                    |
|  | 195 | 10.5具备等体素容积T1加权成像                     |

|   |     |                                                                                                                                                                   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 196 | 10.6具备可变翻转角等体素成像                                                                                                                                                  |
|   | 197 | 10.7具备运动伪影校正技术                                                                                                                                                    |
|   | 198 | 10.8具备血管壁成像技术                                                                                                                                                     |
|   | 199 | 10.9具备ceMRA                                                                                                                                                       |
|   | 200 | 10.10具备脑灌注成像技术                                                                                                                                                    |
|   | 201 | 10.11具备不打药肾动脉成像                                                                                                                                                   |
|   | 202 | 10.12具备3D ASL                                                                                                                                                     |
|   | 203 | 10.13具备单体素波谱成像技术                                                                                                                                                  |
|   | 204 | 10.14具备磁化率加权成像技术                                                                                                                                                  |
|   | 205 | 10.15具备弥散加权成像技术                                                                                                                                                   |
|   | 206 | 10.16具备虚拟弥散加权成像                                                                                                                                                   |
|   | 207 | 10.17具备DTI弥散张量成像技术                                                                                                                                                |
|   | 208 | 10.18具备神经纤维束追踪                                                                                                                                                    |
|   | 209 | 10.19具备BOLD脑功能成像                                                                                                                                                  |
|   | 210 | 10.20具备多参数定量成像                                                                                                                                                    |
|   | 211 | 10.21具备腹部动态增强后处理                                                                                                                                                  |
|   | 212 | 10.22具备乳腺分析高级后处理                                                                                                                                                  |
|   | 213 | 10.23具备动态分析高级后处理                                                                                                                                                  |
|   | 214 | 10.24具备脑灌注高级后处理                                                                                                                                                   |
|   | 215 | 10.25具备单体素波谱高级后处理                                                                                                                                                 |
|   | 216 | 10.26具备DSC灌注成像和DCE灌注成像                                                                                                                                            |
| ▲ | 217 | ▲10.27具备基于深度学习技术的磁共振图像处理技术，应注明技术名称，并提供证明材料。                                                                                                                       |
|   | 218 | 10.27.1支持深度学习重建技术，可应用于神经成像                                                                                                                                        |
|   | 219 | 10.27.2支持深度学习重建技术，可应用于脊柱成像                                                                                                                                        |
|   | 220 | 10.27.3支持深度学习重建技术，可应用于血管成像                                                                                                                                        |
|   | 221 | 10.27.4支持深度学习重建技术，可应用于骨肌成像                                                                                                                                        |
|   | 222 | 10.27.5支持深度学习重建技术，可应用于体部成像                                                                                                                                        |
|   | 223 | 10.27.6支持深度学习重建技术可与压缩感知成像联合使用                                                                                                                                     |
|   | 224 | 11 其他要求                                                                                                                                                           |
|   | 225 | 11.1提供配套磁共振机房磁屏蔽（包含磁体间、操作台观察窗和屏蔽门）                                                                                                                                |
|   | 226 | 11.2提供配套精密空调、水冷机组                                                                                                                                                 |
|   | 227 | 11.2.1精密空调：制冷量 $\geq 35\text{kW}$ ，显热比 $\geq 0.97$ ，风量 $\geq 11500\text{m}^3/\text{h}$ ，加热功率 $\geq 15\text{kW}$ ；温度控制精度为 $\pm 1^\circ\text{C}$ ，湿度控制范围为30%~60%RH。 |
|   | 228 | 11.2.2水冷机组：制冷量 $\geq 84\text{kW}$ ，冷水流量可调范围为 $0.5\sim 12\text{m}^3/\text{h}$ ，压缩机数量：2；水箱容积 $\geq 100\text{L}$ ；具备温度控制、流量监测、故障报警及安全保护功能。                           |
|   | 229 | 11.3提供全套质控水模                                                                                                                                                      |
|   | 230 | 11.4提供磁共振专用语音双向通讯系统                                                                                                                                               |
|   | 231 | 11.5提供无磁工作梯                                                                                                                                                       |
|   | 232 | 11.6提供设备使用说明书                                                                                                                                                     |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 233 | <p>★二、配置要求（提供承诺函即可，无需提供技术支持资料） 1.3.0T超导磁共振主机1套（含磁体、梯度、射频、计算机系统、操作台及扫描床等） 2.原原厂线圈需包含：头颈联合线圈、全脊柱线圈、体部线圈、膝关节专用线圈、肩关节专用线圈、乳腺线圈；各1套 3.后处理工作站1套（含高级临床应用软件包及后处理功能） 4.附属设备： 4.1. 机房磁屏蔽（含磁体间、操作台观察窗和屏蔽门） 1套 4.2. 精密空调1套 4.3. 水冷机组1套 4.4. 全套质控水模 4.5. 磁共振专用语音双向通讯系统1套 4.6. 无磁工作梯1套 4.7. 设备使用说明书（纸质及电子版）</p> |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 四、服务要求

##### 1.1服务内容要求

##### 采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 服务要求明细                                                                                                                                                          |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | <p>名称：南华大学附属第一医院</p> <p>地址：衡阳市船山路 69 号</p> <p>采购人指定地点</p>                                                                                                       |
| 2  |      | <p>交货时间：接到采购人通知后30天内交货并完成安装调试、正常使用</p> <p>交货地点：采购人指定地点</p> <p>交货方式：本项目由中标供应商进行货物的运送、安装、调试，验收合格后交付采购人使用，其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责，采购人不再支付任何费用</p> |
| 3  | ★    | ★中标人须在收到中标通知书2个工作日内主动对接合同草拟事宜。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）                                                                                                                 |
| 4  | ★    | ★包1设备维修及保养（范围均覆盖磁体、梯度、射频、线圈、冷头、精密空调、水冷机、工作站、软件及配套设备，包含但不限于人工、差旅以及零配件等所有费用）质保3年，软件终身免费升级（提供承诺函，投标人承诺质保期内维保服务由设备制造商提供，并加盖公章，格式自拟）；                                |
| 5  |      | <p>7*24 小时（全天候 24 小时响应）。</p> <p>若乙方未在甲方要到的响应时间内响应，甲方有权单方面解除合同，乙方应赔偿甲方由此所产生的所有直接和间接损失。</p>                                                                       |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p>1、进度款，严格按照采购人财务制度要求付款。经甲方完成现场安装、整体验收合格后，付款前甲方先对乙方合同约定付款周期内的服务内容完成验收及评价，乙方应按照甲方的要求提供全额的增值税发票并自行承担相应的税费，如因乙方延迟开具发票，甲方有权延迟付款，乙方仍需按甲方规定时间交付完毕，由此造成的损失由乙方承担。达到付款条件起60个工作日内，支付合同总金额的5%</p> <p>2、进度款，严格按照采购人财务制度要求付款。经甲方完成现场安装、整体验收合格半年后。付款前甲方先对乙方合同约定付款周期内的服务内容完成验收及评价。达到付款条件起182个工作日内，支付合同总金额的85%</p> <p>3、进度款，严格按照采购人财务制度要求付款。经甲方完成现场安装、整体验收合格一年后。付款前甲方先对乙方合同约定付款周期内的服务内容完成验收及评价。达到付款条件起365个工作日内，支付合同总金额的5%</p> <p>4、进度款，严格按照采购人财务制度要求付款。经甲方完成现场安装、整体验收合格，且合同中约定质保期届满后。付款前甲方先对乙方合同约定付款周期内的服务内容完成验收及评价。达到付款条件起730个工作日内，支付合同总金额的5%。</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |   | <p>一、报价要求</p> <p>1、投标人投标的产品应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。</p> <p>2、投标人须分项报价（总和不高于投标总价）</p> <p>二、质量保证，培训要求及其它</p> <p>1、质量保证：中标供应商需保证所提供货物是崭新，未曾使用，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。</p> <p>2、在用户所在省内，中标供应商应配置多名工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修服务。</p> <p>3、技术培训要求：中标供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。</p> <p>4、安全性能：符合国家商品安全质量要求。</p> <p>5、本技术要求中涉及需要投标人所论述的内容为设备功能及技术的基本要求，对于本项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的设备的妥善保管，因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。</p> <p>三、售后服务</p> <p>1、投标人应在交货时提供：提供完整的技术资料(包括维修及操作手册)的纸质版及电子版便于存档。</p> <p>2、投标产品由厂家工程师直接提供售后服务和保修。</p> <p>3、中标供应商负责向采购人技术人员（包括医师和技师）直接提供保修、维修、使用培训服务（含 PPT 课件，注明厂家或现场培训）。具体培训时间另行协商，至采购人技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由中标供应商负责。</p> <p>4、中标供应商中标后需提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备品清单、零部件、维修密码、线路图等维护必须的材料和信息</p> <p>五、验收</p> <p>验收：按国家、行业相关标准以及采购人的验收管理办法进行验收</p> |
| 8 | ★ | <p>★供应商承诺负责所成交设备接入医院的信息系统（PACS，HIS，LIS等），并负责设备的软件更新升级。医疗专业软件配备密钥；具备专用软件一键恢复功能。与之相关的所有费用均包含在投标报价中。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 |   | 向甲方所在地的人民法院诉讼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

采购包2：

| 序号 | 参数性质 | 服务要求明细                                                    |
|----|------|-----------------------------------------------------------|
| 1  |      | <p>名称：南华大学附属第一医院</p> <p>地址：衡阳市船山路 69 号</p> <p>采购人指定地点</p> |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |   | <p>交货时间：接到采购人通知后30天内交货并完成安装调试、正常使用</p> <p>交货地点：采购人指定地点</p> <p>交货方式：本项目由中标供应商进行货物的运送、安装、调试，验收合格后交付采购人使用，其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责，采购人不再支付任何费用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | ★ | ★中标人须在收到中标通知书2个工作日内主动对接合同草拟事宜。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | ★ | ★包2设备维修及保养（范围均覆盖磁体、梯度、射频、线圈、冷头、精密空调、水冷机、工作站、软件及配套设备，包括但不限于人工、差旅以及零配件等所有费用）质保3年，软件终身免费升级（提供承诺函，投标人承诺质保期内维保服务由设备制造商提供，并加盖公章，格式自拟）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 |   | <p>7*24 小时（全天候 24 小时响应）。</p> <p>若乙方未在甲方要到的响应时间内响应，甲方有权单方面解除合同，乙方应赔偿甲方由此所产生的所有直接和间接损失。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 |   | <p>1、进度款，严格按照采购人财务制度要求付款。经甲方完成现场安装、整体验收合格后，付款前甲方先对乙方合同约定付款周期内的服务内容完成验收及评价，乙方应按照甲方的要求提供全额的增值税发票并自行承担相应的税费，如因乙方延迟开具发票，甲方有权延迟付款，乙方仍需按甲方规定时间交付完毕，由此造成的损失由乙方承担。达到付款条件起60个工作日内，支付合同总金额的5%</p> <p>2、进度款，严格按照采购人财务制度要求付款。经甲方完成现场安装、整体验收合格半年后。付款前甲方先对乙方合同约定付款周期内的服务内容完成验收及评价。达到付款条件起182个工作日内，支付合同总金额的85%</p> <p>3、进度款，严格按照采购人财务制度要求付款。经甲方完成现场安装、整体验收合格一年后。付款前甲方先对乙方合同约定付款周期内的服务内容完成验收及评价。达到付款条件起365个工作日内，支付合同总金额的5%</p> <p>4、进度款，严格按照采购人财务制度要求付款。经甲方完成现场安装、整体验收合格，且合同中约定质保期届满后。付款前甲方先对乙方合同约定付款周期内的服务内容完成验收及评价。达到付款条件起730个工作日内，支付合同总金额的5%。</p> |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |   | <p>一、报价要求</p> <p>1、投标人投标的产品应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。</p> <p>2、投标人须分项报价（总和不高于投标总价）</p> <p>二、质量保证，培训要求及其它</p> <p>1、质量保证：中标供应商需保证所提供货物是崭新，未曾使用，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。</p> <p>2、在用户所在省内，中标供应商应配置多名工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修服务。</p> <p>3、技术培训要求：中标供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。</p> <p>4、安全性能：符合国家商品安全质量要求。</p> <p>5、本技术要求中涉及需要投标人所论述的内容为设备功能及技术的基本要求，对于本项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的设备的妥善保管，因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。</p> <p>三、售后服务</p> <p>1、投标人应在交货时提供：提供完整的技术资料(包括维修及操作手册)的纸质版及电子版便于存档。</p> <p>2、投标产品由厂家工程师直接提供售后服务和保修。</p> <p>3、中标供应商负责向采购人技术人员（包括医师和技师）直接提供保修、维修、使用培训服务（含 PPT 课件，注明厂家或现场培训）。具体培训时间另行协商，至采购人技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由中标供应商负责。</p> <p>4、中标供应商中标后需提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备品清单、零部件、维修密码、线路图等维护必须的材料和信息</p> <p>五、验收</p> <p>验收：按国家、行业相关标准以及采购人的验收管理办法进行验收</p> |
| 8 | ★ | <p>供应商承诺负责所成交设备接入医院的信息系统（PACS，HIS，LIS等），并负责设备的软件更新升级。医疗专业软件配备密钥；具备专用软件一键恢复功能。与之相关的所有费用均包含在投标报价中。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 |   | 向甲方所在地的人民法院诉讼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 1.2商务要求

### 采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求          |
|----|------|----|-------------|
| 1  |      | 其他 | 详见1.1服务内容要求 |

### 采购包2：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|



相应的税费，如因乙方延迟开具发票，甲方有权延迟付款，乙方仍需按甲方规定时间交付完毕，由此造成的损失由乙方承担。达到付款条件起730个工作日内，支付合同总金额的5%。

乙方开户行及账号为：\_\_\_\_\_

账号：

#### 四、验收标准、方式：

不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》，验收合格后，双方在《安装验收报告》上签字确认。（如产品存在技术标准的，可以附件形式说明。）

如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在15天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

#### 五、产品的质量要求：

1、乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的、未使用过的，设备必须符合国家标准、行业标准以及企业标准，采用厂家原装包装，合同签订时附样品的，必须符合样品质量。

2、本产品整机保修期36个月(手术器械、易损配件以及人为损坏因素除外。)，保修期自甲方签署正式的书面验收报告之日起开始计算。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。报修响应时间2小时，到场时间24小时内（不可抗力除外）。如乙方未在约定时间内响应或者到场维修，甲方可寻求第三方予以维修，乙方不得依此抗辩因其他第三方拆卸原因而拒绝保修或维修，且产生的相关费用由乙方承担，甲方可在未付款中直接予以扣除。

六、乙方所提供的设备必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的，如涉及法律纠纷、处罚等由乙方负责处理并承担责任。国产设备需提供合格证和保修卡，进口设备需提供海关进口货物报关单和商检局入境货物检验检疫证明等。

七、乙方在设备正式验收后一年内必须提供一次免费全面彻底的维护保养，且有乙方、科室、医学装备部三方签字的书面维保工作报告，甲方凭工作报告支付余款10%质保金。如乙方未进行相关维护保养的，甲方可以扣除应支付的质保金。乙方按科室需要安排技术人员进行培训和指导服务，质保期后的维修费用另行协商决定。

#### 八、违约责任：

1、乙方延迟交付产品的，每延期交付一天，按需交付产品货款的0.1%向甲方支付违约金。

2、乙方交付产品不符合约定的，甲方有权拒收，乙方按货款总价的10%向甲方支付违约金，并按合同约定交付产品，乙方交付产品不能达到合同要求或不能交货的，甲方有权终止本合同，由此造成甲方的损失和费用增加的，责任由乙方承担。

3、乙方不得将本合同约定的义务交由其他第三方完成。

4、因乙方无代理权，或因其他原因不能供货，甲方有权终止合同，选用其他供货商，由此所造成甲方的损害或费用增加，责任由乙方承担。

九、争议解决的方式：双方发生争议和纠纷应协商解决,协商不成的，任一方均可向甲方所在地的法院提出诉讼。

#### 十、其他：

1、因不可抗力、政策因素等原因，影响执行合同或延期交货，任何一方应书面及时通知对方，双方互不承担违约责任。

2、本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效，甲方执叁份、乙方执壹份。

3、公开招标项目，合同文本所约定的物品（包括但不限于材质、型号等）与招投标文件不一致的，以招投标文件为准。

十一、特别约定：本协议约定的联系地址、联系人、联系电话作为后续沟通及司法送达的地址和联系方式。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或委托代理签字：

法定代表人或委托代理签字：

日期：

日期：

## 第六章 政府采购合同

### 第一节 政府采购合同协议书

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

甲方: \_\_\_\_\_

乙方: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_



## 使用 说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用

。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

（2）采购计划编号：\_\_\_\_\_

（3）项目内容：\_\_\_\_\_

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安  
全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

## 2. 合同金额

（1）合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 \_\_\_\_\_

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

（1）起始日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日，完成日期

: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

(2) 履约地点: \_\_\_\_\_

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额: \_\_\_\_\_

履约担保期限: \_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求: \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案: \_\_\_\_\_

#### 4. 合同验收

验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: \_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: \_\_\_\_\_ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: \_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

#### 6. 合同生效

本合同自 \_\_\_\_\_ 生效。

#### 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_\_份,甲方执\_\_\_\_\_份,乙方执\_\_\_\_\_份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点: \_\_\_\_\_

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|                                   |  |                  |  |
|-----------------------------------|--|------------------|--|
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商）          |  |
| 单位名称（公章或合同章）                      |  | 单位名称（公章或合同章）     |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章）                  |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|                                   |  | 拥有者性别            |  |
| 住 所                               |  | 住 所              |  |
| 联 系 人                             |  | 联 系 人            |  |
| 联系电话                              |  | 联系电话             |  |
| 通信地址                              |  | 通信地址             |  |
| 邮政编码                              |  | 邮政编码             |  |
| 电子邮箱                              |  | 电子邮箱             |  |
| 统一社会信用代码                          |  | 统一社会信用代码         |  |
|                                   |  | 开户名称             |  |
|                                   |  | 开户银行             |  |
|                                   |  | 银行账号             |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。        |  |                  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”是指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”是指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”是指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”是指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”是指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”是指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约

定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和



提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一

方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| 第二节<br>第1.2（6）项  | 联合体具体要求             |  |
| 第二节<br>第1.2（7）项  | 其他术语解释              |  |
| 第二节<br>第4.4款     | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节<br>第4.6款     | 约定甲方承担的其他义务和责任      |  |
| 第二节<br>第5.4款     | 约定乙方承担的其他义务和责任      |  |
| 第二节<br>第6.1款     | 履行合同义务的顺序           |  |
| 第二节<br>第7.1款     | 包装特殊要求              |  |
|                  | 指定现场                |  |
| 第二节<br>第7.2款     | 运输特殊要求              |  |
| 第二节<br>第7.3款     | 保险要求                |  |
| 第二节<br>第8.2（1）项  | 质量保证期               |  |
| 第二节<br>第8.2（3）项  | 货物质量缺陷<br>响应时间      |  |
| 第二节<br>第11.1款    | 其他应当保密的信息           |  |
| 第二节<br>第12.2款    | 合同价款支付时间            |  |
| 第二节<br>第13.2款    | 履约保证金不予退还的情形        |  |
| 第二节<br>第13.3款    | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金  |  |
| 第二节<br>第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限           |  |
| 第二节<br>第14.1（5）项 | 货物回收的约定             |  |
| 第二节<br>第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务           |  |
| 第二节<br>第15.1款    | 修理、重作、更换相关具体规定      |  |

|                  |         |                                                                        |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |                                                                        |
| 第二节<br>第15.3款    | 逾期付款利息  |                                                                        |
| 第二节<br>第15.4款    | 其他违约责任  |                                                                        |
| 第二节<br>第19.2款    | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：<br>（1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ；<br>（2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第23.1款    | 其他专用条款  |                                                                        |

## 第七章 投标文件的组成

详见附件：封面

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：投标人承诺函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标保证金缴纳证明材料

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：其它格式

详见附件：其它格式

详见附件：分项报价明细表

# 报价表

项目编号： HNSZJZ202600247  
项目名称： 医用核磁共振设备一批项目  
采购包： MR机器2  
投标人名称：

| 序号   | 报价内容  | 数量（计量单位） | 最高限价      | 响应报价     | 价款形式 | 产地 | 品牌      | 规格 | 生产厂家 |
|------|-------|----------|-----------|----------|------|----|---------|----|------|
| 1    | MR机器2 | 1.00批    | 17000000元 | {供应商响应}元 | 总价   |    | {供应商响应} |    |      |
|      |       |          |           |          |      |    |         |    | 合计：  |
| 备注：无 |       |          |           |          |      |    |         |    |      |

时间：        年        月        日  
签章：

详见附件：分项报价明细表

# 报价表

项目编号： HNSZJZ202600247  
项目名称： 医用核磁共振设备一批项目  
采购包： 关节用磁共振  
投标人名称：

| 序号   | 报价内容   | 数量（计量单位） | 最高限价     | 响应报价     | 价款形式 | 产地 | 品牌      | 规格 | 生产厂家 |
|------|--------|----------|----------|----------|------|----|---------|----|------|
| 1    | 关节用磁共振 | 1.00批    | 5500000元 | {供应商响应}元 | 总价   |    | {供应商响应} |    |      |
|      |        |          |          |          |      |    |         |    | 合计：  |
| 备注：无 |        |          |          |          |      |    |         |    |      |

时间：        年        月        日  
签章：



